

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie**

22-300 Krasnystaw

ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 576-21-70

fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy OR-ZP/230 - 37/2013

Krasnystaw, dnia 9 grudnia 2013 r.

**Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym
na dostawę sprzętu medycznego II**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu medycznego II wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w ramach zadania nr 2 do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia lub inny stosowny termin zaproponowany przez Zamawiającego? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych w przypadku opóźnień w dostawie z 1% wartości brutto za każdy dzień zwłoki na 0,3% lub inną niższą stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary umowne są wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę krótki termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 3.

Zadanie Nr 2 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego szkielet wykonany jest z anodyzowanego aluminium – trwałego, lekkiego i nierdzewnego, natomiast czoła szuflad wykonane są z wysokiej jakości tworzywa HPL? Proponowane rozwiązanie jest zatem równie korzystne i gwarantuje długi okres użytkowania wózka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.

Zadanie Nr 2 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o głębokości wynoszącej 645mm? Oferowany parametr jest optymalnie dostosowany dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Zadanie Nr 2 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery szuflady o wysokości użytkowej wynoszącej 157mm? Oferowane rozwiązanie odbiega od wymaganego zaledwie o 7mm i jest bardzo funkcjonalne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 6.

Zadanie Nr 2 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, wyposażony w cztery koła, w tym trzy z blokadą rozmieszczone na planie prostokąta? Z uwagi na prostokątny kształt wózka i jego podstawy proponowane rozwiązanie jest najkorzystniejszym, poza tym nie ma ono wpływu na funkcjonalność, gdyż oferowany wózek jest wysoce mobilny oraz posiada wymaganą blokadę kół, co z kolei gwarantuje jego unieruchomienie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7.

Zadanie Nr 2 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez otwieracza ampulek? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8.

Zadanie Nr 2 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania w oferowanych wózkach dwóch bocznych szuflad wysuwanych spod blatu: jednej z wkładem ze stali nierdzewnej, drugiej na leki natychmiastowego użycia – z przezroczystą ścianką pozwalającą na ich identyfikację – zapis pkt. 9 w tabeli parametrów technicznych? Opisane rozwiązanie jest charakterystyczne i występuje wyłącznie w wózkach AURION. Brak rezygnacji z tego parametru może stanowić ograniczenie konkurencyjności składanych ofert, a tym samym naruszenie ustawy PZP poprzez umożliwienie złożenia oferty w tej części zamówienia wyłącznie przez jednego oferenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9.

Zadanie Nr 2 – wózek anestezjologiczny. Jeżeli Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu pkt. 9 w tabeli z parametrami technicznymi to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w jedną boczną aluminiową szufladę przeznaczoną na leki natychmiastowego użycia? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10.

Zadanie Nr 2 – wózek anestezjologiczny. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego większość wymaganego przez Zamawiającego wyposażenia nie powiększa gabarytów wózka? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących wymiarach zewnętrznych: długości – 2150mm i szerokości – 805mm? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej gwarantując pełny komfort przewożonym pacjentom o zróżnicowanym wzroście i zróżnicowanych gabarytach.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o następujących wymiarach leża: długości – 2025mm i szerokości 705mm? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym hydrauliczna nożna regulacja wysokości odbywa się w zakresie od 520mm do 820mm? Oferowane parametry są optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka gwarantując pełne bezpieczeństwo podczas opuszczania leża wózka przez pacjentów o zróżnicowanym wzroście.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych (pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga) uzyskiwana jest ręcznie przy użyciu mechanizmu sprężyny gazowej za pomocą dźwigni ręcznej umieszczonej pod segmentem oparcia pleców od strony głowy, wyraźnie odróżniającej się kolorystycznie (kolor czerwony)? Proponowane rozwiązanie gwarantuje szybką dostępność wymaganej funkcji i natychmiastową reakcję personelu w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym regulacja pozycji Trendelenburga odbywa się od 0 do 14° natomiast regulacja pozycji anty-Trendelenburga odbywa się w zakresie od 0 do 10°? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery koła jezdne blokowane centralnie za pomocą obustronnych dźwigni nożnych zlokalizowanych przy dłuższych krawędziach podstawy wózka oraz w dodatkowe piąte koło kierunkowe aktywowane przy użyciu osobnej dźwigni? Oferowane rozwiązanie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z wymaganymi bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego konstrukcja oparta na kolumnie wykonana jest z ocynkowanej stali pokrytej następnie osłoną z laminatu powleczonego warstwą poliuretanu oraz próżniowo pokryta termoplastycznym tworzywem, a sama podstawa powleczona teflonem z wyprofilowanym miejscem na dodatkowy sprzęt? Oferowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganym i sprawia, że wszystkie części metalowe są bardzo dokładnie zabezpieczone przed otoczeniem, ponadto wózek jest łatwy w dezynfekcji, odporny na wszelkie uszkodzenia zarówno mechaniczne jak i chemiczne.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w dwie barierki boczne zlokalizowane centralnie i zabezpieczające pacjenta na ok. 3/4 długości leża? Oferowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wózka i bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej zapewniając pełne bezpieczeństwo przewożonym pacjentom.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w dwie pary uchwytów zlokalizowanych w okolicy głowy pacjenta (jedna para składana) gwarantujących łatwe przemieszczanie wózka zamiast wymaganych uchwytów do pchania zlokalizowanych w barierkach? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym barierki boczne opuszczane są za pomocą mechanizmu sprężyny gazowej przy użyciu dwóch dźwigni zlokalizowanych pod barierkami? Oferowane rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się w praktyce użytkowej.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21.

Zadanie Nr 2 – wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w cztery krawędzi odbojowe zlokalizowane w narożach ramy leża zamiast wymaganych listew odbojowych? Oferowane rozwiązanie jest wystarczające dla zapewnienia pełnej ochrony zarówno wózka jak i ścian przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22.

Zadanie Nr 2 - wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez wskaźnika pokazującego wypoziomowanie leża? Wymagane rozwiązanie nie jest konieczne dla zapewnienia pełnej funkcjonalności łóżka i w żaden sposób nie powoduje obniżenia jego wartości użytkowych.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23.

Zadanie Nr 2 - wózek transportowy. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek wyposażony w błądy pokryte bezszwowym, przeciwoślizgowym, viscoelastycznym gładkim materacem w pokrowcu z domieszką lycry zgrzewanym techniką ultradźwięków, o wysokości 90mm? Wskazane rozwiązanie jest bardzo korzystne i zapewnia najwyższy komfort transportowanego oraz personelu medycznego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę sprzętu w terminie do 6 tygodni od daty podpisania umowy? Proponowany termin realizacji będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w §6 na zmniejszenie kar umownych z 1% na 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia w jego dostawie?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie 27.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny, którego szkielet, blat górny i czoła szuflad wykonane są z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością, wysokoodpornego tworzywa HDPE? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego. HDPE to materiał zawierający wysokiej gęstości polietylen, charakteryzujący się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV o doskonałych właściwościach użytkowych stosowanych w medycynie.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny o głębokości 61 cm i szerokości 79 cm? Proponowane wymiary różnią się nieznacznie od zakresów tolerancji wskazanych przez Zamawiającego i będą funkcjonalne podczas codziennego korzystania z wózków.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny wyposażony w cztery szuflady o wysokości 160 mm? Proponowany wymiar różni się jedynie o 10 mm od wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezyjologiczny wyposażony w wysoce mobilny układ jezdny: 4 koła jezdne w tym dwa z blokadą o średnicy 120 mm z elastycznym, niebudzącym podłóg bieżnikiem, rozmieszczonych w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka? Proponowane rozwiązanie jest w pełni wystarczające, aby zapewnić prawidłową mobilność i manewrowanie wózkiem, a różnica wynika jedynie z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny wyposażony w:

- blat zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów
- uchwyt do przetaczania
- pojemnik do zużytych igieł
- otwieracz ampułek
- pojemnik na cewniki
- miejsce na butelki
- kosz na odpadki
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania
- uchwyt na butlę z tlenem
- zintegrowany w szufladzie pojemnik (wkład) np. na leki ratujące życie
- nadstawkę na leki z 9 odchylanymi pojemnikami, kieszeniami wykonanymi z przezroczystego tworzywa, umożliwiającą identyfikację zawartości
- półkę ze stali montowaną na nadstawce np. na żel

Wymienione wyposażenie adekwatne do gabarytów wózka i nie narażające go na uszkodzenia – zintegrowane z budową wózka. Proponowana konfiguracja wyposażenia różni się nieznacznie od wskazanej przez Zamawiającego, spełnia te same funkcje co oczekiwane przez użytkownika, będzie w pełni funkcjonalna i optymalna dla „wózka anestezjologicznego”.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający leże o wymiarach 1990 x 690 mm? Oferowane parametry wynikają z wymiarów zewnętrznych wózka i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, nie pogarszając walorów użytkowych wózka.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację wysokości nożną hydrauliczną w zakresie 625-935 mm? Oferowany zakres różni się minimalnie (jedyńie o 5 mm) od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację przechyłów wzdłużnych nożną hydrauliczną +/-15°? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego i będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 35.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację oparcia pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0° - 84°? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego i będzie funkcjonalny podczas codziennego korzystania z wózka.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulacje nożne hydrauliczne za pomocą dwustronnych pedałów nożnych umieszczonych z dwóch stron wózka z czytelnym oznakowaniem? Oferowane rozwiązanie jest adekwatne do wskazanego przez Zamawiającego i nie ma wpływu na walory funkcjonalno – użytkowe wózka.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w opuszczane barierki boczne zabezpieczające leże na długości 121 cm? Oferowany parametr będzie równie funkcjonalny jak wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w barierki opuszczane poniżej poziomu materaca nie poszerzające gabarytów wózka i nie powodujące trudności przy przemieszczaniu pacjenta na łóżko? Oferowany parametr będzie równie funkcjonalny jak wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39.

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w wyprofilowane uchwyty do pchania, składane pod ramę leża, ułatwiające prowadzenie wózka? Oferowany parametr będzie równie praktyczny jak wskazany przez Zamawiającego i wynika z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w barierki boczne, których dźwignia spustu umieszczona jest w miejscu łatwo dostępnym? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka i zapewnia łatwy dostęp do dźwigni zarówno od strony nóg jak i głowy pacjenta np. w windzie.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający krążki odbojowe w narożnikach wózka? Proponowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego i pozwoli zabezpieczyć wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez wskaźnika pokazującego wypoziomowanie leża? Wymagany przez Zamawiającego parametr wydaje się być zbędny.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 43.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac o grubości 80 mm wykonany z wykonany z elastycznej pianki typu Visco w pokrowcu wodoodpornym i paroprzepuszczalnym o strukturze zmniejszającej nacisk na ciało pacjenta? Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy o wymiarach zewnętrznych 2250 x 760 mm? Oferowane wymiary będą funkcjonalne podczas codziennego korzystania z wózka i wynikają z rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający leże o wymiarach 2015 x 600 mm? Oferowane parametry wynikają z wymiarów zewnętrznych wózka i rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez danego producenta, nie pogarszając walorów użytkowych wózka.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację wysokości nożną hydrauliczną w zakresie 630-850 mm? Oferowany zakres różni się nieznacznie od wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację przechyłów wzdłużnych +/-14° realizowaną przy użyciu przycisków umieszczonych od strony segmentu wezgłowia (z dodatkowym zabezpieczeniem przed przypadkowym naciśnięciem przycisku)? Proponowane rozwiązanie

jest lepsze od opisanego przez Zamawiającego, gdyż eliminuje ryzyko przypadkowego naciśnięcia pedałów nożnych np. podczas transportu, w windzie, czy też podczas zmiany wysokości leża.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający regulację oparcia pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0° - 75°? Oferowany zakres będzie wystarczający podczas codziennego korzystania z wózka i wykonywania wszystkich procedur. Opisany przez Zamawiającego parametr (min. 0°-90°) wydaje się być przeszacowany i może powodować zbyt duże pochylenie oraz wymuszoną - nienaturalną pozycję pacjenta.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający dźwignie nożne hamulców rozmieszczone w czterech miejscach wózka? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający koła o średnicy 150 mm zmniejszające opory tocznienia? Proponowany parametr, to koła o najwyższej toczności, zapewniające prawidłową mobilność i zwrotność wózka.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w opuszczane barierki boczne zabezpieczające leże na długości 150 cm? Oferowany parametr będzie równie funkcjonalny jak wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w barierki boczne, których dźwignia spustu umieszczona jest w środkowej części barierki? Oferowane rozwiązanie będzie praktyczne podczas codziennego korzystania z wózka i zapewnia łatwy dostęp do dźwigni zarówno od strony nóg jak i głowy pacjenta np. w windzie.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w barierki boczne o konstrukcji gwarantującej płynne opadanie barierki bez uderzenia o korpus wózka? Oferowane rozwiązanie jest adekwatne do wskazanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy posiadający krążki odbojowe w narożnikach wózka? Proponowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego i pozwoli zabezpieczyć wózek i ściany przed uszkodzeniami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy bez wskaźnika pokazującego wypoziomowanie leża? Wymagany przez Zamawiającego parametr wydaje się być zbędny.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56.

Zadanie nr 2. Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy wyposażony w materac o grubości 100 mm posiadający dwie strefy twardości (70 mm wysoko elastyczna pianka typu Visco oraz 30 mm pianka o dużej gęstości zapewniająca komfort leżenia) w pokrowcu ognioodpornym oraz wodoodpornym z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu? Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57.

Zadania nr 4 – wózek transportowy, pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy, fabrycznie nowy, nie powystawowy – rok produkcji 2012?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58.

Zadania nr 4, pkt 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy którego wymiary zewnętrzne wynoszą 211x80 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59.

Zadania nr 4, pkt 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy którego wymiary leża wynoszą 193x66 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 60.

Zadania nr 4, pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym regulacja wysokości nożna hydrauliczna wynosi 63 -98 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61.

Zadania nr 4, pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy który posiada dwie dźwignie hamulców rozmieszczone w centralnych częściach głowy i nóg?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62.

Zadania nr 4, pkt 11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym bezpieczne obciążenie robocze wynosi 226 kg?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 63.

Zadania nr 4, pkt 12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym leże oparte jest na dwóch kolumnach osłoniętych tworzywowymi harmonijkami?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64.

Zadania nr 4, pkt 13. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym opuszczane barierki boczne zabezpieczają leże na 75% jego długości całkowitej?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65.

Zadania nr 4, pkt 14. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym barierki opuszczane są wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 66.

Zadania nr 4, pkt 15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w którym uchwyty do pchania zamontowane są przy szczycie wózka?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 67.

Zadania nr 4 , pkt 16. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy w który barierki boczne wyposażone są w zatraski powodujące blokowanie barierki w pozycji rozłożonej, natomiast zwolnienie tych że zatrasków daje możliwość złożenia barierki wzdłuż leża?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68.

Zadania nr 4, pkt 17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy który posiada lekkie barierki boczne nie wymagające stosowania sprężyn gazowych wspomagających składanie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69.

Zadania nr 4, pkt 18. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy który posiada listwy odbojowe umieszczone na całej długości wózka natomiast w narożnikach zastosowane krążki odbojowe?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 70.

Zadania nr 4, pkt 19. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy nie posiadający wskaźnika wypoziomowania leża?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71.

Zadania nr 4, pkt 21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy posiadający materac o standardowej grubości 8cm. Wózki transportowe służą do przewozu pacjentów i nie jest konieczne stosowanie w nich materacy o właściwościach przeciwoleżynowych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72.

Czy Zamawiający w celu poprawienia konkurencyjności postępowania wydzieli do odrębnego zadania wózek transportowy – 3 szt.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.

Pytanie 73.

Wnosimy o usunięcie wymogu dołączenia do oferty zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jako wymogu sprzecznego z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. *Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U.10.107.679) jedynymi dokumentami potwierdzającymi fakt dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu i do używania są: deklaracja zgodności i certyfikat CE (jeżeli dotyczy).*

Odpowiedź

W zależności od klasy oferowanego sprzętu, zgodnie z Rozdziałem VII pkt 4a SIWZ, wymóg zgłoszenia lub wpisu do rejestru wyrobów medycznych nie dotyczy klasy wyrobu medycznego I i IIa pod warunkiem, że pierwsze jego wprowadzenie nastąpiło w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej – w takim przypadku należy złożyć tylko stosowne wyjaśnienie.

Pytanie 74.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 5 wzoru umowy na: *„Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określonej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”*. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 75.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za opóźnienie w dostawie do 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 76.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zapisu §7 ust. 1. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, a w przypadku powtarzających się reklamacji, możliwa jest wymiana wadliwych elementów na nowe.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 77.

Czy w związku z rozłożeniem płatności zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §8 na: *„Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy mogą być przenoszone na osoby trzecie.”*.

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji, a w przypadku powtarzających się reklamacji, możliwa jest wymiana wadliwych elementów na nowe.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 78.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?. Obowiązek taki ciąży na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 79.

Zadanie nr 2 - Wózek anestezjologiczny, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji korpusu z wytrzymałego tworzywa sztucznego z powłoką antybakteryjną?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 80.

Zadanie nr 2 - Wózek anestezjologiczny, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w szuflady z indywidualnym zamknięciem za pomocą plomby?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81.

Zadanie nr 2 - Wózek anestezjologiczny, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych: szerokość - 863,6 mm, głębokość - 558,8 mm , wysokość - 901,7 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82.

Zadanie nr 2 - Wózek anestezjologiczny, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 szuflady o wysokości 76 mm, 1 szufladę o wysokości 152 mm i 1 szufladę o wysokości 229 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83.

Zadanie nr 2 - Wózek anestezjologiczny, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści szuflady bez przezroczystych pojemników z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84.

Zadanie nr 2 - Wózek anestezjologiczny, poz. 8 (wyposażenie wózka) - Czy Zamawiający dopuści wózek bez uchwyty do przetaczania?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85.

Zadanie nr 2 - Wózek anestezjologiczny, oz. 8 (wyposażenie wózka) - Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwa pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego, przyciemnione?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86.

Zadanie nr 2 - Wózek anestezjologiczny, poz. 8 (wyposażenie wózka) - Czy Zamawiający dopuści wózek bez wysuwanej spod blatu półki do pisania?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87.

Zadanie nr 2 - Wózek anestezjologiczny, poz. 9 (wyposażenie wózka) - Czy Zamawiający dopuści wózek bez zintegrowanych bocznych szuflad wysuwanych spod blatu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88.

Zadanie nr 2 - Wózek anestezjologiczny, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad? Korpus wózka w kolorze kremowym.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 89.

Zadanie nr 2 - Wózek transportowy, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2100 x 905 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90.

Zadanie nr 2, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1900 x 750 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91.

Zadanie nr 2, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną nożną regulacją wysokości w zakresie 570-900 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92.

Zadanie nr 2, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych nożną hydrauliczną w zakresie 14°?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93.

Zadanie nr 2, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją oparcia pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0-70°?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94.

Zadanie nr 2, poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści wózek na konstrukcji kolumnowej pokrytej lakierem proszkowym w kolorze szarym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95.

Zadanie nr 2, poz. 13, 14. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne na całej długości leża, składane wzdłuż leża, niewystające poza obrys wózka?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96.

Zadanie nr 2, poz. 16. Czy Zamawiający dopuści dźwignie spustu barierek umieszczone po środku wózka z obu jego stron?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 97.

Zadanie nr 2, poz. 15. Czy Zamawiający dopuści wózek bez wyprofilowanych uchwytów do pchania w barierkach? Wózek posiada uchwyty do pchania w części od strony głowy i nóg?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98.

Zadanie nr 2, poz. 19. Czy Zamawiający dopuści wózek bez wskaźnika pokazującego wypoziomowanie leża?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99.

Zadanie nr 2, poz. 11 (warunki gwarancyjne). Czy Zamawiający wydłuży czas naprawy sprzętu w przypadku sprowadzenia części z za granicy do 14 dni roboczych?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100.

Zadanie nr 2. Czy poprzez termin „materiały eksploatacyjne” Zamawiający rozumie materiały eksploatacyjne potrzebne wyłącznie do uruchomienia sprzętu?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt 5 Pozostałych wymagań *Parametrów technicznych* - Załącznik Nr 1 SIWZ.

Pytanie 101.

Zadanie – 4 Wózek anestetyczny . Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach wys. 99 cm ,głęb. 79 cm, szer. 86 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102.

Zadanie – 4 Wózek anestetyczny . Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w kosz na odpadki ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103.

Zadanie – 4 Wózek anestetyczny .Czy Zamawiający dopuści wózek bez półki na żel ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104.

Wózek transportowy 4 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 1990 mm x 750 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 105.

Wózek transportowy 4 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w dwie dźwignie do blokady kół ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 106.

Wózek transportowy 4 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją pleców realizowaną w zakresie do 70 °?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 107.

Wózek transportowy 4 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek z obciążeniem 220 kg lub 230 kg ?°

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 108.

Wózek transportowy 4 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami o średnicy 150 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109.

Wózek transportowy 4 szt. Czy Zamawiający dopuści wózek bez wskaźnika wypoziomowania leża ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110.

Prosimy o poprawienie zapisów SIWZ – Rozdział III. pkt. 2, gdyż Zamawiający wymienia Zadanie 2 i Zadanie 4 – a w dalszej części SIWZ są wymieniane Zadanie 1 i Zadanie 2. Prosimy o sprostowanie tychże zapisów.

Odpowiedź:

Zostały poprawienie zapisy SIWZ w Rozdziale III pkt. 2.

Pytanie 111.

Prosimy o dopuszczenie możliwości kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku, gdy wartość oferty będzie niepodzielna na równe raty.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwości kalkulacji rat w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku, gdy wartość oferty będzie niepodzielna na równe raty.

Pytanie 112.

Prosimy o zmianę zapisu §4 ust. 3 wzoru umowy na: „Należność za przedmiot umowy będzie regulowana na podstawie faktury VAT w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany na fakturze”.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zmienia zapis §4 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

„Należność za przedmiot umowy będzie regulowana na podstawie faktury VAT w formie bezgotówkowej na rachunek wskazany na fakturze”.

Pytanie 113.

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. W razie zgody, proponowany zapis umowy § będzie miał następujące brzmienie:

„Strony ustalają, że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 114.

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy wprowadzenie zapisu §4 ustęp 4 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku Wykonawcy”.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 115.

Prosimy o dodanie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 116.

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów §11 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy”.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 117.

Mając na względzie zasady współzycia społecznego oraz miarkowanie kar umownych, prosimy o zmianę zapisów § 6 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia w jego dostawie;
- b) w wysokości 1 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca ”.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 118.

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu §8 wzoru umowy poprzez jego wykreślenie.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 119.

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy odsetek za opóźnienia w płatnościach w wysokości 1,5 razy stopa odsetek ustawowych, nie więcej niż stopa odsetek maksymalnych.

Odpowiedź

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem wzoru umowy.

Pytanie 120

Prosimy o wprowadzenie w § 7 konkretnych terminów, w jakich Zamawiający lub Wykonawca mogą skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Zastrzeżenie umownego prawa do odstąpienia od umowy jest nieważne bez oznaczenia terminu, w ciągu którego strona może złożyć oświadczenie o odstąpieniu (art. 395 k.c.).

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje treść § 7 wzoru umowy.

§ 7

1. Do upływu okresu gwarancji określonego w Załączniku Nr 1 Parametrach technicznych – Pozostałe wymagania pkt 4 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku 3 krotnej reklamacji dostarczonego przedmiotu umowy.
2. Do czasu spełnienia świadczenia Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający bez podania przyczyny odmawia odbioru zamówionego przedmiotu umowy.

Pytanie 121.

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający, wykreślenie ust. 1 i dodanie do §5 wzoru umowy ustępu o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a) zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- b) zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- c) zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- d) zmiany ceny sprzętu brutto określonej w §4 ustęp 1 spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- e) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- f) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym, co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- h) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- i) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- j) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);
- k) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę."

Odpowiedź

Punkty e) i f) dotyczą zmian nieistotnych - ich zmiana możliwa jest w każdej chwili. W pozostałym zakresie Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy.

Pytanie 122.

Zadanie nr 1 - Respirator, Lp. 4. Czy zamawiający dopuści do przetargu respirator stacjonarno - transportowy z możliwością montażu na półce. Waga bez podstawy jezdnej - 15,9 kg?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123.

Zadanie nr 1 - Respirator, Lp. 6 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator aasilany 90-240 V 50 Hz +/- 10% 12 V DC?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124.

Zadanie nr 1 - Respirator, Lp. 10. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator następującymi trybami wentylacji:

- CMV
- PCV
- wentylacja spontaniczna wspomagana ciśnieniem
- SIMV
- PRVC
- w zamian za adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a równoważny tryb Auto Control służący do odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej poprzez automatyczne przełączanie pomiędzy wentylacją kontrolowaną i wspomaganą w zależności od pracy oddechowej pacjenta. Tryb ten pozwala na automatyczne przechodzenie z wentylacji spontanicznej do wentylacji kontrolowanej przy przekroczeniu ustawionej przez użytkownika minimalnej ilości oddechów wymaganych. Funkcja działa również w drugą stronę, pacjent może zacząć oddychać spontanicznie i automatyczne oddechy kontrolowane przestaną być dostarczane. Funkcja ta pozwala na określenie minimalnej dostarczanej do pacjenta objętości minutowej, jest to idealne zabezpieczenie przy oddechach spontanicznych, gdzie te oddechy są wspomagane w sposób zsynchronizowany w zależności od aktywności oddechowej pacjenta oraz ustawień użytkownika
- APRV/DuoPAP/SPAP
- NIV we wszystkich trybach wentylacji?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 125.

Zadanie nr 1 - Respirator, Lp. 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z parametrami nastawialnymi:

- częstość oddechów 1-120 odd/min

- objętość wdechowa 20 - 2000 ml
- PEEP/CPAP 0-50 cmH2O
- stężenie tlenu 21-100%
- stosunek I:E 1:9 do 4:1
- czas wdechu 0.2 do 10,0 sek
- wyzwalanie przepływem 0,5 do 20 l/min
- ciśnienie wdechu 2 - 90 cm H2O
- ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 90 cm
- współczynnik narastania ciśnienia 1 - 20
- czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 10 do 80% przepływu szczytowego wdechowego
- przepływ szczytowy spontaniczny >180 l/min
- regulowany czas bezdechu
- westchnienia automatyczne

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 126.

Zadanie nr 1 - Respirator, Lp. 21. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez obrazowania całkowitej objętości wdechowej?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 127.

Zadanie nr 1 - Respirator, Lp. 57. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez możliwości rozbudowy o pomiar CO2? Obecnie tego typu pomiary są wykonywane przy pomocy kardiomonitorów przyłóżkowych i nie ma potrzeby zwiększania kosztów urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 128.

Zadanie nr 1 - Respirator, Lp. 61. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z możliwością komunikacji poprzez złącze Ethernet?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 129.

Zadanie nr 1 - Respirator, Lp. 65. Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z czujnikiem przepływu wielorazowego użytku u mieszczonym w module wydechowym?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Klasnymstwie
mgr Piotr Matej