

# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie<sup>A</sup>

22-300 Krasnystaw  
tel. (82) 576-21-70

ul. Sobieskiego 4  
fax (82) 576-49-01

[www.spzozkrasnystaw.pl](http://www.spzozkrasnystaw.pl) sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



Znak sprawy OR-ZP/230-20/2014

Krasnystaw, dnia 17 czerwca 2014 r.

## Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę obłożenia pola operacyjnego do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę obłożenia pola operacyjnego do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 2 dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego, w którym serwety boczne 75 cm x 90 cm są wyposażone w pola chłonne bez organizatorów przewodów? Pozostałe serwety (górną i dolną) są wyposażone w organizatory przewodów (po 2 szt. dla każdej z serwet). Nadmieniamy, że zmiana ta jest spowodowana zmianą technologiczną zastosowaną przez wytwórcę obłożenia. Brak organizatorów w bocznych serwetach nie wpływa na funkcjonalność całego zestawu - obłożenie w całości posiada 4 organizatory, co jest ilością wystarczającą.

### Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu uniwersalnego.

### Pytanie 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 8 i 9 z pakietu 1 w celu zaoferowania towaru konkurencyjnego cenowo oraz wysokiej jakości.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłożenie wykazu dwóch dostaw jednorazowego sprzętu medycznego?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie 4

Czy Zamawiający w celu spełnienia warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, dopuści wykaz 2 dostaw wyrobów medycznych jednorazowego użytku lub sprzętu jednorazowego użytku?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie 5

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od złożenia próbek w Pakiecie 1.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6**

Dotyczy pakietu 1 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha wzmocnionego białą folią o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w części przedniej i na rękawach. Fartuch zapakowany jest w opakowanie zewnętrzne folia papier oraz wewnątrz w dodatkowe opakowanie włókninowe lub celulozowe. W przypadku odpowiedzi negatywnej, zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, aby umożliwić złożenie oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7**

Dotyczy pakietu 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z oznakowaniem rozmiaru na metce w rozmiarach: S,M,L,XL,XXL? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rozmiary fartucha zgodne z SIWZ.

**Pytanie 8**

Dotyczy pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o wytrzymałości na rozerwanie na mokro: 155kPa, z długimi rękawami? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 9**

Dotyczy pakietu 1 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje fartucha jałowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga fartucha jałowego.

**Pytanie 10**

Dotyczy pakietu 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11**

Dotyczy pakietu 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny polipropylenowej z mankietem bawełnianym w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12**

Dotyczy pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek z włókniny polipropylenowej o gramaturze 16g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13**

Dotyczy pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści czepek w zbiorczym opakowaniu foliowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 14**

Dotyczy pakietu 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 160cm x 210 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15**

Dotyczy pakietu 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę dwuwarstwową o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 16**

Dotyczy zadania 2 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli w/w poz. 1-3 z zadania? Wyłączenie tej pozycji umożliwiłoby to złożenie ofert konkurencyjnych. W obecnym układzie zadania do przetargu może stanąć tylko jedna firma, a co za tym idzie Zamawiający nie uzyska najlepszej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 17**

Dotyczy zadania 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane w całości z laminatu trójwarstwowego pełnobarierowego o gramaturze 73 g/m<sup>2</sup>, odpornego na przenikanie cieczy znacznie powyżej normy - 180 H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na wypychanie znacznie powyżej normy: 80 kPA (norma 40 kPA) o składzie:

skład	ilość	rozmiary
serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	4	40x20

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 18**

Dotyczy zadania 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

- serweta na stolik o wymiarach 150 x 190 cm - szt. 1
- serweta dwuwarstwowa (laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu) o gramaturze serwety minimum 56 g/m<sup>2</sup>, odporności na przenikanie cieczy minimum 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałości na rozrywanie na sucho minimum 108 kPa
- serweta do operacji resekcji przełykowej o wymiarach 215x180 cm, w całości wykonana z pełnobarierowej włókniny dwuwarstwowej wraz z nogawicami zintegrowanymi z całością serwety
- serweta z otworem brzuszny o średnicy 4 cm i kroczywym o średnicy 5 cm, osłoną lateksową palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów w kształcie stożka. Torebka posiada filtr w dolnej wewnętrznej części, usztywnienie w górnym brzegu, port do odsysania treści umieszczony w dolnej części torebki, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie drenów o różnej średnicy
- taśma przylepna o wymiarach 9 x 50 cm - szt. 1
- ręcznik do rąk - szt. 2
- serweta na stół Mayo składana teleskopowo
- zestaw posiada 2 naklejki do wklejenia w dokumentacji pacjenta z nadrukowaną datą ważności i numerem serii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 19**

Dotyczy zadania 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie:

- serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm, dwuwarstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie wewnętrzne owinięcie zestawu o gramaturze serwety min. 35g/1 m<sup>2</sup> laminat, 45g/m<sup>2</sup> włóknina – szt. 1
- serweta na stolik Mayo o wymiarach 80x145 cm, w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu ze wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety, niebieska gramatura serwety 50μ - szt. 1
- serweta o wymiarach 240 x 260 cm; z samoprzylepnym wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 100x20cm, w całości z pełnobarierowej dwuwarstwowej włókniny 56 g m<sup>2</sup> chłonności 570 %, odporności na przenikanie cieczy 250 H<sub>2</sub>O (norma 100 H<sub>2</sub>O) i wytrzymałości na rozrywanie na mokro minimum 150n kPa (norma 40 kPa) – szt. 1
- serweta o wymiarach 150 x 240 cm, samoprzylepna całości z pełnobarierowej dwuwarstwowej włókniny 56 g m<sup>2</sup> o chłonności 570%, odporności na przenikanie cieczy 250 H<sub>2</sub>O (norma 100 H<sub>2</sub>O) i wytrzymałości na rozrywanie na mokro minimum 150n kPa (norma 40 kPa) – szt. 1
- nogawica dwuwarstwowa o wymiarach 37 x 120 cm i gramaturze minimum 56 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy minimum 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho minimum 108 kPa – szt. 1
- taśma przylepna o wymiarach 9 x 50 cm – szt. 6
- kieszeń na płyny z kształtką
- ręczniki do rąk – szt. 2
- zestaw posiada 2 naklejki do wklejenia w dokumentacji pacjenta z nadrukowaną datą ważności i numerem serii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 20**

Dotyczy umowy:

Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

### **Pytanie 21**

Dotyczy umowy:

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie w § 6 pkt.2 a) słów: „za każdy dzień opóźnienia” słowami: „za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze wzorem umowy.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie  
(podpis nieczytelny)  
mgr Piotr Matej