

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie^A**

22-300 Krasnystaw
tel. (82) 576-21-70

ul. Sobieskiego 4
fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



Znak sprawy OR-ZP/230-23/2014

Krasnystaw, dnia 05 września 2014 r.

**Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym
na dostawę obłożeń, cewników, drenów i zestawów do zabiegów urologicznych
dla potrzeb Bloku Operacyjnego**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę obłożeń, cewników, drenów i zestawów do zabiegów urologicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego wpłynęło pytanie, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 ze zm.), udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści zaoferowanie zestawu uniwersalnego z serwetą na stół Mayo o następującym składzie:

1 taśma przylepna 9x50 cm

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78x145

2 ręczniki do rąk

2 przyklejane serwety z organizatorami przewodów 75 x 90

1 przyklejana serweta średnia z organizatorami przewodów 180 x 180

1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33µ, w części chłonnej polipropylen

Gramatura w części podstawowej 60g/m²

Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa

Odporność na penetracje płynów (chłonność) 165cm H₂O

Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych.

Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001, ISO 13485

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu uniwersalnego.

Z-CA DYREKTORA
DS. OPIEKI ZDROWOTNEJ
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
(podpis nieczytelny)
lek. Zbigniew Bijata