



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie^A

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



Znak sprawy OR-ZP/230-13/2015

Krasnystaw, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Unieważnienie postępowania

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie w oparciu o art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę gazów medycznych” nr OR-ZP/230-13/2015 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6, gdyż jest ono obciążone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

Po otwarciu ofert, podczas czynności ich badania Zamawiający zauważył, że dokonał nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w poz. 5 pakietu 1 Załącznika nr 1 do SIWZ (tj. Dwutlenek węgla w butlach 17,5 kg). Zamawiający konstruując zapisy SIWZ w przedmiotowym postępowaniu omyłkowo wpisał wielkość butli 17,5 kg oraz nie dookreślił jednoznacznie zastosowania w/w produktu. Na rynku w sprzedaży nie występuje dwutlenek węgla medyczny w butlach 17,5 kg mający zastosowanie przy zabiegach metodą laparoskopii.

Zgodnie z zapisami art. 29 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonanie zmiany wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2006 roku, II CA 218/06, „...wprowadzenie zmian w SIWZ dopiero po upływie terminu składania ofert stanowi rażące naruszenie Pzp i narusza warunki udziału wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne...”

Tym samym, zważywszy na fakt, iż w procedurach medycznych ma zastosowanie dwutlenek węgla medyczny występujący w butlach 7,5 kg, a nie jak wskazano w opisie zamówienia w butlach 17,5 kg, w których występuje dwutlenek węgla techniczny nie znajdujący zastosowania w procedurach medycznych, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w trybie przewidzianym przepisami prawa.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
(podpis nieczytelny)
mgr Piotr Matej