

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie**

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



OR-ZP/230 - 12/2017

Krasnystaw, dnia 31 marca 2017r.

**Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym
na dostawę sprzętu laparoskopowego, siatek przepuklinowych
oraz staplerów do SPZOZ w Krasnymstawie.**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu laparoskopowego, siatek przepuklinowych oraz staplerów do SPZOZ w Krasnymstawie wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy w trosce o zachowanie zasad uczciwej konkurencji i konkurencyjności wyboru ofert zamawiający dopuści:

- w pakiecie 1 pozycji 1:

Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z:

1. jednorazowy trokar 11mm, z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie aktywujące się tylko podczas oporu powłok (po uzbrojeniu trokara ostrze aktywuje się tylko raz w celu przebicia powłok brzusznych a następnie zostaje zablokowane w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Całość wykonana z tworzywa. Trokar posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11mm - 1 szt.
2. jednorazowa kaniula 11mm, karbowana, z dwustopniowym zaworem do insuflatora (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia) i wbudowaną uszczelką 5-11mm, kompatybilna z trokarem z poz. 1 - 1 szt.
3. jednorazowy trokar 5mm, z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie, aktywujące się tylko podczas oporu powłok (po uzbrojeniu trokara ostrze aktywuje się tylko raz w celu przebicia powłok brzusznych a następnie zostaje zablokowane w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych. Dwustopniowy zawór insuflacyjny (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia). Całość wykonana z tworzywa - 1 szt.
4. jednorazowa kaniula 5mm, karbowana z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia) kompatybilna z trokarem z poz. 3 - 1 szt.
5. Narzędzie typu clinch laparoskopowy jednorazowego użytku z z przyłączem do koagulacji monopolarnej, z blokadą zapadkową - długość 33cm, średnica 5mm - 2 szt.
6. Narzędzie typu preparator (disektor) laparoskopowy jednorazowego użytku z przyłączem do koagulacji monopolarnej - długość 33cm, średnica 5mm - 1 szt.
7. Narzędzie typu nożyczki laparoskopowe jednorazowego użytku z przyłączem do koagulacji monopolarnej - długość 33cm, średnica 5mm - 1 szt.
8. przewód jednorazowego użytku do monopolarnego włącznika nożnego, kompatybilny z trybem platformy elektrochirurgicznej Force Triad współpracujące

z narzędziami z poz. 6 i 7 oraz końcówkami laparoskopowymi wielokrotnego użytku - 1 szt.

Czy w pakiecie 1 pozycja 2 dopuści:

„Narzędzie typu grasper laparoskopowy jednorazowego użytku z blokadą zapadkową - długość 33cm, średnica 5mm”

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zestaw laparoskopowy o w/w parametrach w pakiecie 1 poz. 1 i pozycja 2.

z up. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krynicy
GŁÓWNY KURATOR
M. Skrok
mgr Małgorzata Skrok