

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie**

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



OR-ZP/230 - 12/2017

Krasnystaw, dnia 28 marca 2017r.

**Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym
na dostawę sprzętu laparoskopowego, siatek przepuklinowych
oraz staplerów do SPZOZ w Krasnymstawie.**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu laparoskopowego, siatek przepuklinowych oraz staplerów do SPZOZ w Krasnymstawie wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Pakiet 6 poz.1. Czy Zamawiający dopuści siatkę polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o grubości siatki 0,42mm, porowatość 748-924µm, gramaturze 107g/m², w opakowaniu 5szt. w rozmiarze 8 x 15cm (specyfikacja wymaga 8 x 13cm)

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Pakiet 6, poz. 2, 3, 4. Czy Zamawiający dopuści siatkę lekką polopropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą o dwukierunkowej elastyczności, o grubości siatki 0,40mm, porowatość średnia 1800-2250µm, gramatura 48,8g/m², w rozmiarze:

- poz.2 - 6 x 1cm lub 8 x 15cm (specyfikacja wymaga 11 x 6cm lub 15 x 7,5cm lub 15 x 10cm)
- poz.3 - 15 x 15cm (zgodnie z SIWZ)
- poz.4 - 30 x 30cm (zgodnie z SIWZ)

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.

Pakiet 6, poz. 5, 6, 7, 8. Czy Zamawiający dopuści siatkę nietransparentną, antyadhezyjną, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową. Z jednej strony wykonaną z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), o grubości 0,55mm, gramaturze średniej 108 g/m², porowatości średniej 830µm, z oznaczeniem strony implantacji, bez wchłaniającej warstwy hydrofilowej w rozmiarze:

- poz.5 - 11 x 14cm (specyfikacja wymaga 10 x 15cm)
- poz.6 - 14 x 18cm (specyfikacja wymaga 15 x 20cm)
- poz.7 - 20 x 25cm (zgodnie z SIWZ)
- poz.8 - 20 x 25cm (specyfikacja wymaga 30 x 30cm)

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.

W razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z pozycji w Pakiecie 6 prosimy o jej/ich wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu. Uzasadnienie: Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Pakiet 1 poz.1. Czy Zamawiający dopuści jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z:

1. jednorazowy trokar 11mm, z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V”. Ostrze w bezpiecznej osłonie aktywujące się tylko podczas oporu powłok (po uzbrojeniu trokara ostrze aktywuje się tylko raz w celu przebicia powłok brzusznych a następnie zostaje zablokowane w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych. Dwustopniowy zawór do insuflacji (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia) Całość wykonana z tworzywa. Trokar posiada wbudowaną uszczelkę 5-11mm – 1 szt.
2. jednorazowa kaniula 11mm, karbowana, z dwustopniowym zaworem do insuflatora (insuflacja- stop, z bezpośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia) i wbudowaną uszczelką 5-11mm, kompatybilna z trokarem z poz.1 – 1 szt.
3. jednorazowy trokar 5mm, z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery „V. Ostrze w bezpiecznej osłonie aktywujące się tylko podczas oporu powłok (po uzbrojeniu trokara ostrze aktywuje się tylko raz w celu przebicia powłok brzusznych a następnie zostaje zablokowane w celu minimalizacji ryzyka uszkodzenia narządów wewnętrznych . Dwustopniowy zawór insuflacyjny (insuflacja-stop, z pośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia) Całość wykonana z tworzywa – 1 szt.
4. jednorazowa kaniula 5mm, karbowana, z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym (insuflacja- stop, z bezpośrednią pozycją półotwarcia/zamknięcia), kompatybilna z trokarem z poz. 3 – 1 szt.3
5. narzędzie typu clinch laparoskopowy jednorazowego użytku z przyłączem do koagulacji monopolarnej, z blokadą zapadkową – długość 33cm, średnica 5mm – 2 szt.
6. narzędzie typu preparator (disektor) laparoskopowy jednorazowego użytku z przyłączem do koagulacji monopolarnej, długość 33cm, średnica 5mm – 1 szt.
7. narzędzie typu nożyczki laparoskopowe jednorazowego użytku z przyłączem do koagulacji monopolarnej, długość 33cm, średnica 5mm – 1 szt.
8. przewód jednorazowego użytku do monopolarnego włącznika nożnego; kompatybilny z trybem „V” platformy elektrochirurgicznej Force Triad (połączenie monopolarnej hemostazy i preparowania przy niższej mocy wyjściowej, cechujące się tworzeniem mniejszej ilości zwęglonej tkanki, mniejszym rozpraszaniem ciepła i mniejszą tendencją do powstawania łuku elektrycznego w porównaniu z klasycznym trybem koagulacji) ze złączem 4mm, dł. przewodu 3m, współpracujące z narzędziami z poz. 6 i 7 końcówkami laparoskopowymi wielokrotnego użytku – 1 szt.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6.

Pakiet 1 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści narzędzie typu grasper laparoskopowy jednorazowego użytku z blokadą zapadkową – długość 33cm, średnica 5mm.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7.

Pakiet 3 poz. 2. Czy Zamawiający dopuści preparat antyroszeniowy do laparoskopii, sterylny, butelka min. 5ml, każda buteleczka w opakowaniu zbiorczym z gąbką do czyszczenia optyki, zapakowana w sterylny blister lub folię.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8.

Pakiet 3 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści worek do pobierania próbek, jednorazowy, poliuretanowy o poj. 250ml, średnicy 9cm i długości 14,5cm, z elastyczną metalową obręczą, z możliwością zamknięcia worka i odłączenia go od obręczy uchwytem z poziomu rękojeści (poza polem operacyjnym) i trzonem o średnicy 10mm

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Mafanymstwie
mgr Piotr Matej