

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie**

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



OR-ZP/230 - 12/2017

Krasnystaw, dnia 22 marca 2017r.

**Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym
na dostawę sprzętu laparoskopowego, siatek przepuklinowych
oraz staplerów do SPZOZ w Krasnymstawie.**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu laparoskopowego, siatek przepuklinowych oraz staplerów do SPZOZ w Krasnymstawie wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Pakiet 3, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igłę bez sygnału dźwiękowego za to z bardzo dobrze widocznym wskaźnikiem wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.

Pakiet 3, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści sterylny i wygodny w użyciu preparat przeciw rosznieniu optyki składający się z gąbki wysokochłonnej nasączonej preparatem zapobiegającym rosznieniu gwarantującym utrzymanie doskonałej czystości optyki?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Pakiet 3, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści worek do pobierania próbek o pojemności 200ml i średnicy 5cm na metalowej obręczy z przewodnikiem umożliwiającym łatwe wprowadzenie worka w pole operacyjne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4.

Pakiet 7, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści stapler bez łamanego kowadełka, co w żaden sposób nie zaburza prawidłowego działania staplera, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5.

Pakiet 7, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści stapler o długości lini szwu 56mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,5mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6.

Pakiet 7, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści ładunek o długości lini szwu 56mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,5mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7.

Pakiet 7, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści stapler o długości lini szwu 76mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,5mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8.

Pakiet 7, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści ładunek o długości lini szwu 76mm i wysokości zszywki przed zamknięciem 4,5mm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9.

Dot. Pakiet 7 poz. 1, 2, 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplerów bez gumowanej rękojeści ale z rączką antypoślizgową.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10.

Dot. §8 pkt. 1a wzoru umowy. Wnosimy o modyfikację zapisu umowy na: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:

a) 3 - krotnej kolejnej reklamacji jakościowej dostarczonego przedmiotu umowy

Odpowiedź:

Z uwagi na to, że każda z 3 możliwych reklamacji jest kolejną, to Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany wzoru umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że został przesunięty termin składania ofert na dzień 4 kwietnia 2017r. na godz. 10⁰⁰ oraz termin otwarcia ofert na dzień 4 kwietnia 2017r. na godz. 10³⁰

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kłajnymstwie
mgr Piotr Matej