



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie^A

22-300 Krasnystaw

ul. Sobieskiego 4

tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



Znak sprawy: ZP/230-2/2018

Krasnystaw, dnia 21 lutego 2018 r.

Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku - powtórka

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pytania do pakietu nr 75

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 2 oraz 3, pozwoli to na wystartowanie w postępowaniu większej ilości Wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieli pozycję 2 i 3 z pakietu 75 do osobnego pakietu.

Pytanie 2

Pakiet 79 - Koreczek do kaniul, ilość pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w koreczki, pod warunkiem że każdy koreczek będzie opakowany pojedynczo z zachowaniem sterylności. W przypadku wyceny opakowań zbiorczych należy przeliczyć wymaganą ilość.

Pytanie 3

Pakiet nr 68. Szczotki do czyszczenia endoskopów

Pkt. 1:

Czy Zamawiający dopuści dwustronne szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych – wlotów i gniazd zaworów, włosia o średnicach 5 mm i 11 mm, długość 15,5 mm

Pkt. 2:

Czy Zamawiający dopuści dwustronne szczotki do czyszczenia kanałów endoskopowych, włosia o średnicach z jednej strony 5 mm, z drugiej strony 10 mm, długość narzędzia 230 cm, do kanałów roboczych o średnicy min. 2,8 mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4

Pakiet 75:

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 okularki do fototerapii do kilkukrotnego zastosowania u jednego pacjenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 71 - Pokrowce do transportu endoskopów

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowców ochronnych zabezpieczających tace do transportu endoskopów, zestaw sterylny zawierający 1 pokrowiec zawierający z jednej strony nadruk w kolorze zielonym CLEAN, a z drugiej strony nadruk w kolorze czerwonym CONTAMINATED, 1 pokrowiec przezroczysty?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 26 – elementy wymienne do wstrzykiwacza kontrastów,

Pakiet 27 – wkłady do wstrzykiwacza kontrastów

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby elementy wymienne do wstrzykiwaczy wykazane w w/w zadaniach posiadały karty techniczne potwierdzające ich parametry jakościowe i były dopuszczone do używania przez producenta urządzeń?

Uzasadnienie:

Użytkowanie elementów, które nie zostały przetestowane przez producenta urządzeń i dopuszczone stosownym certyfikatem może powodować nieprawidłową ich pracę. Może to skutkować sygnalizacją błędów przez urządzenia i niemożliwością podania płynów z innymi niż zamierzone parametrami iniekcji (prędkość i objętość) lub nawet zagrożeniem bezpieczeństwa pacjenta, np. poprzez podanie powietrza do układu krążenia.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w Rozdziale VI.

Pytanie 7

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 35 pozycję 2 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wydzieli pozycję 2 z pakietu 35 do nowego pakietu.

Pytanie 8

Czy zamawiający w pakiecie 52 dopuści Zgłębnik żołądkowy (tzw. sonda) długości 125 cm, wykonany z PCV medycznej jakości, pakowany podłużnie. Rozmiary 16 F, 18 F, 21 F, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Czy zamawiający w pakiecie 52 dopuści Zgłębnik żołądkowy silikonowy - długość 125 cm. Rozmiar CH 16, CH 18 w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Pakiet 68

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 68 dopuści zaoferowanie szczotek o długości czyścika 350 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
2. Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 68 dopuści zaoferowanie szczotek z włosiem o długości 30 mm dla średnicy 10-12 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Pakiet 52 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki zwinięte?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Pakiet 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dreny do odsysania typu Redon z perforacją na długości 14cm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Pakiet 61 poz. 1-2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela poz. 1-2 z pakietu 61 do osobnego pakietu.

Pytanie 14

Pakiet 61 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści butelki do długotrwałego odsysania ran o pojemności 200ml?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Pakiet 79

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem zamykającym światło kaniuli powyżej krawędzi korka?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 16

Pakiet 79

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'25 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pakiet 79

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100 szt. z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Pakiet 79

Czy Zamawiający dopuści koreczek luer-lock do kaniul z trzpieniem zamykającym światło kaniul powyżej krawędzi korka, sterylne?

Odpowiedź:

Nie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający modyfikuje treść SIWZ:

1) W Załączniku Nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) wydziela:

- pozycję 2 i 3 z pakietu 75 do nowo utworzonego pakietu 82;
- pozycję 2 z pakietu 35 do nowo utworzonego pakietu 83;
- pozycję 1 i 2 z pakietu 61 do nowo utworzonego pakietu 84;

Wartość wadium dla nowo utworzonych pakietów określono w Rozdziale VIII SIWZ.

2) W Rozdziale VI część B ust. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„karty techniczne potwierdzające parametry jakościowe i dokumenty potwierdzające dopuszczenie do używania wystawione przez producenta urządzeń – dotyczy pakietu 26 i 27.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

1) W Rozdziale VI część B ust. 2 dodaje pkt 7 w brzmieniu:

„oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)”

2) przekłada termin składania ofert do dnia **9.03.2018 r. do godz. 10.00** oraz termin otwarcia ofert na dzień **9.03.2018 r. na godz. 10.30**.

Modyfikacja treści SIWZ stanowi jej integralną część i należy ją uwzględnić w składanej ofercie. Specyfikacja z dokonanyymi zmianami w załączeniu.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie
(podpis nieczytelny)
mgr Piotr Matej