



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Krasnymstawie<sup>A</sup>**

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4  
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01  
[www.spzozkrasnystaw.pl](http://www.spzozkrasnystaw.pl) sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



Znak: ZP/230-3/2018

Krasnystaw, dnia 11.01.2018 r.

**Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym  
na dostawę jednorazowych obłożen operacyjnych i odzieży operacyjnej dla potrzeb  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

**Pytanie 1 – dotyczy Pakietu nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1 niżej opisanego zestawu nieznacznie różniącego się od opisanego w SIWZ?

**ZESTAW UNIWERSALNY I:**

- 1 x serweta o wymiarach 150 x 240 cm z przylepcem
- 1 x serweta o wymiarach 180 x 180 cm z przylepcem
- 2 x serweta o wymiarach 75 x 90 cm z przylepcem

Serwety dwuwarstwowe wykonane z materiału chłonnego na całej powierzchni obłożenia - o chłonności min. 450% , gramatura laminatu min. 55g/m<sup>2</sup>.

- 2 x serwetki o wym. 30,5 x 34 cm
- 1 x taśma medyczna o wym. 50 x 9 cm
- 1 x osłona na stolik mayo niebieska o wym. 145 x 78 cm
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150x190cm

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795. Opakowanie zawierające informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane identyfikujące wytwórcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o w/w składzie.

**Pytanie nr 2**

**Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 7 niżej opisanego zestawu?

**ZESTAW DO CIĘCIA CESARSKIEGO:**

- 1 x serweta w kształcie litery T o wym. 186/250cm x 330 cm zintegrowana z torebką na płyny, z folią operacyjną 36x36cm z otworem o wym. 18x16 cm
- 1 x serweta do owinięcia noworodka o wymiarach 75x120 cm
- 1 x serweta na stół instrumentariuszki o wymiarach 150 x 190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo wzmocniona o wymiarach 78 x 145 cm
- 4 x rękawiczki do rąk
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 9 x 50 cm

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795. Opakowanie zawierające informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane identyfikujące wytwórcę.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego zestawu.

### **Pytanie nr 3**

#### **Dotyczy Pakietu 9**

Czy w poz. 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wykonanego z wytrzymałej włókniny polipropylenowej o gramaturze 20 g/m<sup>2</sup>, który w pełni spełnia wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w fartucha.

### **Pytanie nr 4**

#### **Pytania dot. treści umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie nr 5**

#### **Pytania dot. treści umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia/rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

### **Pytanie nr 6**

#### **Pytania dot. treści umowy:**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i projektem umowy.

### **Pytanie nr 7**

#### **Pytania dot. treści umowy:**

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa limitu.

### **Pytanie nr 8**

#### **Pytania dot. treści umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” w § 6 ust 2. lit. a) wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 9****Dotyczy pakiet 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu obłożeń o poniższych parametrach:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 145x80cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta przylepna 150x240cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 serweta przylepna 170x175cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Wyrób zgodny z normą PN-EN 13795. Opakowanie zawierające informację o kierunku otwierania oraz 2 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie widoczne informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Gramatura 62 g/m<sup>2</sup>. Chłonność 300% - 602%.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisany zestaw obłożeń.

**Pytanie nr 10****Pytanie 2 dotyczy pakiet 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu obłożeń, w którym główna serweta posiada poniższy wymiar:

- 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm, 2. zaworami i kształtownikiem, Ponadto w zestawie 2 ręczniki do osuszania rąk. Opakowanie posiadające 2 naklejki TAG. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza opisany zestaw obłożeń.

**Pytanie nr 11****Dotyczy pakiet 9 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o poniższych parametrach:

Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wzmocniony - niezawierający wiskozy ani celulozy, wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmacniany wewnątrz z przodu i na ¾ rękawów laminatem mikroporowatego paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m<sup>2</sup>.

Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H<sub>2</sub>O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, ściągacze rękawów niezawierające bawełny o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiary od M-XXL do wyboru.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych fartuchów chirurgicznych.

**Pytanie nr 12****Dotyczy pakiet 9 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych o poniższych parametrach:

Jałowy fartuch chirurgiczny SMMMS wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMMS o minimalnej gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H<sub>2</sub>O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. Rozmiary od M-XXL do wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanych fartuchów chirurgicznych.

#### **Pytanie nr 13**

##### **Dotyczy pakiet 9 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartuchów o gramaturze 24 g/m<sup>2</sup>.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartuchów o wskazanej gramaturze.

#### **Pytanie nr 14**

##### **Dotyczy pakiet 9 poz. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czepków o gramaturze 18 g/m<sup>2</sup>.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czepków o wskazanej gramaturze.

#### **Pytanie nr 15**

##### **Pytanie dotyczy treści umowy**

Prosimy o modyfikację § 4 ust. 2 projektu umowy w następujący sposób: „Podstawę zapłaty stanowić będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę do każdej dostawy, w oparciu o ceny jednostkowe wynikające z oferty, z uwzględnieniem postanowień §5 ust. 2, z terminem zapłaty wynoszącym 60 dni. Wykonawca wraz z fakturą VAT będzie doręczał dokumenty potwierdzające realizację dostawy objętej fakturą VAT, na której umieszczone będą podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności tj. nazwę przedmiotu dostawy, ilość, cenę netto i brutto, podatek VAT, datę dostawy oraz potwierdzenie jej odbioru.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

#### **Pytanie nr 16**

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do § 5 ust. 2 lit. a) następującego zapisu: „Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź:

Informacja dotycząca powyższego zawarta jest w §10 projektu umowy, w związku z czym zapis §5 ust. 2 lit. a) Zamawiający pozostawia bez zmian.

#### **Pytanie nr 17**

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 2 lit. j) o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 18**

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 2 lit. a) oraz do wysokości 200 zł w § 6 ust. 2 lit. c). Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

### **Pytanie nr 19**

Prosimy o wykreślenie zapisu § 8 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

### **Pytanie nr 20**

**Pakiet 1 Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm

1 serweta na stół Mayo wzmocniona 80 x 145 cm w kolorze aqua

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Serwety dwuwarstwowe, wykonane z chłonnego materiału o chłonności min. 285%, gramatura laminatu min. 55 g/m<sup>2</sup> – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu o wymienionym składzie.

### **Pytanie nr 21**

**Pakiet 2 Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 140 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta przylepna 240 x 150 cm

2 x serweta przylepna 90 x 75 cm

1 x serweta przylepna 175 x 170 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL

2 x skalpel bezpieczny nr 20

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 46 x 40 cm, PE, przezroczysta

1 x elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm, kontrastuje w RTG

30 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16 w 17 n (pakowane a 10 sztuk - krep)

6 x tufier z gazy No. 4, 24 x 24 cm, 20 nitok

1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), z podziałką, przezroczysty

1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,2 x 5,3 cm), z podziałką, niebieski

1 x pojemnik plastikowy 500 ml (11,5 x 6 cm), z podziałką, przezroczysty

1 x pojemnik plastikowy 500 ml niebieski

1 x pad narzędziowy piankowy 50 x 40 cm niebieski

1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 10 miejsc magnetyczny

1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm, niebieskie

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Fartuchy zapinane pod szyją na taśmę samoprzylepną wielokrotnego użytku, dla indywidualnego dopasowania rozmiaru fartucha, serwety dwuwarstwowe, wykonane z chłonnego materiału o chłonności min. 285%, gramatura laminatu min. 55 g/m<sup>2</sup> – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wymienionego zestawu.

#### **Pytanie nr 22**

**Pakiet 6 Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta ginekologiczna 250 x 300 cm, otwór przylepny 9 x 12 cm, wbudowany worek na płyny z sitem i zaworem. Wbudowane osłony na kończyny

1 x serweta nieprzylepna 75 x 75 cm

1 x fartuch chirurgiczny M

2 x fartuch chirurgiczny XL

2 x pojemnik plastikowy z uchwytem 500 ml, 9 x 10 cm, z podziałką, przezroczysty

1 x skalpel bezpieczny nr 11

1 x skalpel bezpieczny nr 24

1 x taśma przylepna 10 x 50 cm

4 x ręcznik celulozowy 33 x 33 cm

Fartuchy zapinane pod szyją na taśmę samoprzylepną wielokrotnego użytku, dla indywidualnego dopasowania rozmiaru fartucha, serwety dwuwarstwowe, wykonane z chłonnego materiału o chłonności min. 285%, gramatura laminatu min. 55 g/m<sup>2</sup> – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wymienionego zestawu.

#### **Pytanie nr 23**

**Pakiet 7 Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu, w którym serweta główna:

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250 cm – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu.

#### **Pytanie nr 24**

**Pakiet 9 Pozycja 1.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wiązanego na troki z kartonikiem dla wiązania „na czysto”, zapinanego pod szyją na taśmę samoprzylepną dla indywidualnego dopasowania rozmiaru fartucha, strefa wzmocniona w środkowej części z przodu oraz na przedramionach – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego fartucha.

#### **Pytanie nr 25**

**Pakiet 9 Pozycja 2.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wiązanego na troki z kartonikiem dla wiązania „na czysto”, zapinanego pod szyją na taśmę samoprzylepną dla indywidualnego dopasowania rozmiaru fartucha, bez potwierdzenia przenikania drobnoustrojów na sucho – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego fartucha.

**Pytanie nr 26**

**Pakiet 9 Pozycja 3.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartucha w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 27**

**Pakiet 9 Pozycja 4.** – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania czepka o gramaturze min. 14 g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie czepka o wskazanej gramaturze.

**Pytanie nr 28****Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m <sup>2</sup>
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m <sup>2</sup>
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m <sup>2</sup>
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m <sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m <sup>2</sup> . Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m <sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m <sup>2</sup> . Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m <sup>2</sup> .

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 29****Pakiet 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m <sup>2</sup> zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
--

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warswtowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.


### **Pytanie nr 30**

#### **Pakiet 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.





Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany zestaw.

**Pytanie nr 31**

**Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony, rękawy o długości 7,5cm zakończone elastycznym, poliestrowym mankietem z dzianiny, fartuch posiada dodatkowe wewnętrzne, nieprzemakalne wzmocnienie o gramaturze 38g/m<sup>2</sup>, na opakowaniu 4 etykiety samoprzylepne umożliwiające wklejenie do dokumentacji medycznej, opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany fartuch.

**Pytanie nr 32**

**Pakiet 9, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch niewzmocniony, rękawy zakończone niepylącym, elastycznym poliestrowym mankietem z dzianiny o długości 7,5cm, opakowanie papier-folia, na opakowaniu etykieta zawierająca 4 metki samoprzylepne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 33**

**Pakiet 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający oczekuje fartucha jałowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga fartucha jałowego w poz. 3.

**Pytanie nr 34**

**Pakiet 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 22g/m<sup>2</sup>, rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 35**

**Pakiet 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 36**

**Pakiet 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L odpowiadający rozmiarowi uniwersalnemu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 37****Pakiet 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu, w kolorze uniwersalnym – niebieskim, wykonany z włókniny Spunlance o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> oraz włókniny polipropylenowej 25g/m<sup>2</sup>, o wymiarze 26cm - w stanie rozciągniętym oraz 31 cm - po rozciągnięciu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany czepek.

**Pytanie nr 38****Pakiet 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret w kolorze zielonym bądź niebieskim, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>, szerokość gumki po rozciągnięciu 53cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany czepek.

**Pytanie nr 39****Pakiet 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuszcza rozbieżność w rozmiarach +/-10 cm zarówno prześcieradła, jak i poszwy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 40****Pakiet 1**

Czy można zaoferować zestaw uniwersalny o następującym składzie:

1 serweta w rozmiarach 150 x 240 cm z taśmą samoprzylepną

1 serweta w rozmiarach 175 x 180cm z taśmą samoprzylepną

2 serwety w rozmiarach 75 x 90cm z taśmą samoprzylepną

1 serweta na stolik Mayo w rozmiarach 80 x 145cm w kolorze pozostałych serwet (niebiesko – zielonym)

2 ręczniki do rąk 30 x 40cm

dodatkowa 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150 x 190cm

z taśmą samoprzylepną pakowaną oddzielnie?

Serwety stanowiące obłożenie pacjenta posiadają chłonność na poziomie 340%, co w pełni spełnia wymagania obowiązującej w tym zakresie normy EN ISO 9073-6.

Na opakowaniu znajdują się 2 etykiety TAG zawierające wymagane informacje.

**Alternatywnie**

prosimy o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw o następujących parametrach:

Skład:

1 serweta w rozmiarach 140 x 240 cm z taśmą samoprzylepną

1 serweta w rozmiarach 175 x 170cm z taśmą samoprzylepną

2 serwety w rozmiarach 75 x 90cm z taśmą samoprzylepną

1 serweta na stolik Mayo w rozmiarach 80 x 145cm w kolorze pozostałych serwet (niebiesko – zielonym)

2 ręczniki do rąk 30 x 20cm

1 taśma samoprzylepna 9 x 25cm

dodatkowa 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150 x 190cm?

Serwety stanowiące obłożenie pacjenta są wykonane z włókniny o gramaturze 48 g/m<sup>2</sup> i posiadają posiadają chłonność na poziomie 300%, co w pełni spełnia wymagania obowiązującej w tym zakresie normy EN ISO 9073-6.

Na opakowaniu zestawu znajdują się 2 etykiety TAG zawierające wymagane informacje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie proponowanych zestawów.

**Pytanie nr 41****Pakiet 7:**

Czy można zaoferować zestaw obłożeń do cesarskiego cięcia o następującym składzie:

1 serweta w kształcie litery T w rozmiarach 260/200 x 335cm z otworem w rozmiarach 27xm x 33cm otoczonym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą na płyny

1 serweta do owinięcia noworodka w rozmiarach 90cm x 100cm

1 serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm

1 serweta na stół Mayo w rozmiarach 80cm x 145cm

4 ręczniki do rąk 30cm x 40cm

z taśmą samoprzylepną 9 x 50cm pakowaną oddzielnie?

Na opakowaniu zestawu znajdują się 2 etykiety TAG zawierające wymagane informacje.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego zestawu.

**Pytanie nr 41**

**Pakiet 9 Poz. 1** – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha, którego wzmocnienie w części przedniej kończy się na kilka centymetrów od jego dolnej krawędzi, który nie posiada oznaczenia poziomego zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widocznych przy złożonym fartuchu. Oferowany fartuch jest w rozmiarach M-L, XL i XXL.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 42**

**Pakiet 9 Poz. 2** - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha, który nie posiada oznaczenia poziomego zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widocznych przy złożonym fartuchu. Fartuch nie zawiera lateksu, bez potwierdzenia tego faktu na etykiecie. Odporność fartucha na przenikanie drobnoustrojów ma sucho wynosi 20 CFU. Oferowany fartuch jest w rozmiarach M-L, XL i XXL.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 43**

**Pakiet 9 Poz. 3** – Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniny o gramaturze 21g/m<sup>2</sup> w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 44**

**Pakiet 9 Poz. 4** – Czy można zaoferować czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m<sup>2</sup> w wymiarach 14cm – materiał nierozciągnięty złożony na pół oraz 48cm – materiał po maksymalnym rozciągnięciu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie czepka o wskazanych parametrach.

**Pytanie nr 45****Dotyczy pakietu 9 – pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z fartuchem higienicznym jednorazowym z włókniny polipropylenowej o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany z tyłu na troki, rękawy zakończone gumką, posiadające przedłużone poły do zakładania na plecach, nietoksyczny, niepylący, o gramaturze 18g/m<sup>2</sup>, wykonany z miękkiej wytrzymałej paroprzepuszczalnej barierowej dla cząstek trójwarstwowej włókniny polipropylenowej typu SSS w kolorze niebieskim. Materiał fartucha równomierny bez pocenień

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 46**

**Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z medycznym kompletem pościeli wykonanym z miękkiej, przyjemnej dla skóry, oddychającej włókniny wykonanej z trójwarstwowego polipropylenu w kolorze niebieskim o gramaturze 18 g, posiadającą szwy ultradźwiękowe, które zapewniają ciągłość materiału oraz tworzą barierę przed przenikaniem cieczy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego kompletu pościeli.

**Pytanie nr 47**

**Dotyczy pakietu nr 10 – pozycja 1**

Czy Zamawiający ze względu na zastosowanie pościeli jednorazowej u pacjentów, którzy mają obniżoną odporność, wymaga, żeby pościel jednorazowa posiadała dokument potwierdzający czystość mikrobiologiczną wystawiony przez uprawnioną do tego jednostkę? Dokument potwierdzający czystość mikrobiologiczną, daje Zamawiającemu pewność, braku obecności drobnoustrojów chorobotwórczych dzięki temu zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

**Pytanie nr 48**

**Dotyczy pakietu nr 10, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z medycznym prześcieradłem wykonanym z miękkiej, przyjemnej dla skóry, oddychającej włókniny wykonanej z trójwarstwowego polipropylenu w kolorze niebieskim o gramaturze 18 g,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego prześcieradła.

**Pytanie nr 49**

**Dotyczy pakietu nr 10, poz. 1 i 2**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 1 i pozycji nr 2 do osobnego pakietu. Umożliwi to złożenie większej ilości ofert w korzystniejszych dla Zamawiającego cenach. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wydzieliła poz. 1 i 2 z pakietu 10 do osobnego pakietu.

**Pytanie nr 50**

**Zapytanie nr 1, zadanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, który posiada 1 x serweta o wymiarach 175x175 cm z przyłepcem, 4 x serwetki z włókniny o wym. 18 x 25 cm, 1x osłona na stolik Mayo 79x145 cm. Pozostałe parametry według SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.

**Pytanie nr 51**

**Zapytanie nr 2, zadanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym znajdują się tufery gazowe kule o wym. 30x30 cm 20-nitkowe, serweta gazowa 3-warstwowa o wym. 30 x 30 cm z nitką RTG, rękawiczki lateksowe niepunderowane wywinęte w rozmiarze 7.5, pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką, pokrowiec na

stolik Mayo o wym. 79x145 cm, przylepna kieszeń dwukomorowa o wym. 40x35 cm. Pozostałe parametry według SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.

#### **Pytanie nr 52**

##### **Zapytanie nr 3, zadanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serweta główna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną posiadającą zintegrowany okalający duży worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów- 1szt., owinięcie dla noworodka 90x120 cm- 1 szt., serweta chirurgiczna z taśmą samoprzylepna 50x50cm - 1 szt., osłona na stół Mayo 79x145 cm- 1 szt., owinięcie zestawu 150x190 cm- 1 szt. Pozostałe parametry według SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opisany zestaw.

#### **Pytanie nr 53**

##### **Pakiet 10 – Pościel, prześcieradła, serwety, poz. nr 1-2**

Zwracamy się z prośbą o wydzieleni z Pakietu nr 10, poz. 1-2 do odrębnego pakietu.

Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na udział w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową. Pozostawienie pakietu w formie jaką opisał Zamawiający spowoduje, iż w tej części zamówienia wystartuje tylko jeden dostawca, świadomy braku jakiegokolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie mniej korzystną cenowo. W konsekwencji, braku innych uczestników postępowania przetargowego Zamawiający przeznaczy na zamówienie większą ilość środków pieniężnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela poz. 1 i 2 z Pakietu 10 do odrębnego pakietu.

#### **Pytanie nr 54**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do ofert przetargowej, oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Tak.

#### **Pytanie nr 55**

##### **Dotyczy pakietu nr 10 poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga medycznego kompletu pościeli wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 20g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym, składający się z 3 części:

- poszewki o wymiarach 70 x 80 cm,
- poszwy o wymiarach 160 x 200 cm,
- prześcieradła o wymiarach 160 x 210 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ oraz udzielonymi odpowiedziami dotyczącymi poz. 1 w pakiecie 10.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Kłajewstwie  
mgr Piotr Matej