



**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie**

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01

www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

ZP/230-41/2018

Krasnystaw, dnia 23 listopada 2018r.

**Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym
na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku**

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie informuje, że w postępowaniu przetargowym na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku wpłynęły pytania, na które, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet 29

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym objętym 23% stawką VAT zgodnie z opinią Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. Braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 3

Zapisy SIWZ, rozdział VII, pkt. B, ust. 3B: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia na wezwania kart technicznych producenta w zamian za karty katalogowe stworzone przez Wykonawcę w przypadku, gdy Wykonawca jest wyłącznym i bezpośredni importers danego produktu?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 22, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu ze zbiornikiem pomiarowym, worek o pojemności 2600ml i komora pomiarowa 400ml, łączna pojemność worka 3000 ml, j.u., sterylne?

Odpowiedź:

Nie.



edu

Pytanie 5

Pakiet nr 71, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm², bez ograniczenia mocy maksymalnej. Powierzchnia całkowita 170cm². Wymiary 176x122mm. Do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w postaci samoprzylepnej etykiety. Pakowane po 50szt?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 45

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 48

Czy Zamawiający w pozycji 1 będzie wymagał, żeby rurki miały mandryn z otworem na prowadnice Seldingera?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 48

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści elastyczny łącznik karbowany „martwa przestrzeń” zespolony z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania, długość 13cm + łącznik, średnica 15mmF/22mmF, sterylny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz.1 strzykawkę do insuliny z igłą 0,40 x 13 mm, skala 0,01 ml

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 10

Dotyczy zadania nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 strzykawkę do TBC z igłą 0,45 x 13 mm, skala 0,01 ml

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy zadania nr 17

Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga Nakłuwacz automatyczny 0,8 mm o głębokości nakłucia 1,8 mm do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy w obudowie w kształcie litery „T” lub zbliżonym, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowane ze stali nierdzewnej, szlifowane. Aktywacja przyciskowa, poprzez naciśnięcie kolorowego guzika na górze nakłuwacza. Po użyciu ostrze automatycznie chowa się do obudowy. Sterylizowany promieniami Gamma, pozostaje sterylny przez 5 lat od daty sterylizacji. Produkt pozostaje sterylny do momentu usunięcia osłonki zabezpieczającej. Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy. Konstrukcja zawierająca mechanizm dwóch sprężyn, z których jedna wywołuje aktywację, a druga cofnięcie nożyka .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowany produkt.

Pytanie 12

Dotyczy zadania nr 77

Czy Zamawiający dopuści Spodenki do kolonoskopii, SMS 28 g/m kw., niebieskie, rozmiar L (szer. 120 cm),

o delikatnej nieprześwitującej włókniny typu SMS.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy zadania nr 91

Czy Zamawiający wymaga by czepek do mycia nie zawierały w składzie szkodliwych substancji typu: środków zapachowych i parabenów –chlorheksydyny, octenidymny, simetikonu (lub innych silikonów)

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 14

Pakiet 6

Prosimy o dopuszczenie zaferowania aparatu do przygotowywania i pobierania leków z butelek z filtrem antybakteryjnym 0,2 µm.

Jest to parametr lepszy od Mini Spike wymaganego w SIWZ, o mniejszych porach membrany, zatem zatrzymujący znacznie więcej ewentualnych zanieczyszczeń, niż filtr 0,45 µm w Mini Spike.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Pakiet 7

Prosimy o dopuszczenie zaferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wykonanego z tworzywa zawierającego PVC, który nie zawiera ftalanów. Spełniający pozostałe parametry wymagane z SIWZ. Zaproponowany przyrząd spełnia wymogi ustawy o wyrobach medycznych, jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, przemawiających za preferowaniem wyłącznie przyrządu wykonanego z tworzywa nie zawierającego PVC.

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pakiet 37

Poz.1 - prosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania pojemników 0,7 L .

Przeważająca większość pojemników na odpady medyczne, faktycznie ma większe pojemności, od nominalnych, deklarowanych przez producentów. W praktyce nie ma to znaczenia dla tego rodzaju wyrobu, ale zwiększa jego funkcjonalność, co w prosty sposób przekłada się na oszczędność, zarówno przestrzeni magazynowej, jak i ilości zużywanych pojemników.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Pakiet 28, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści w zamian gąbki, ściereczkę nasączoną substancją myjącą nie zawierającą mydła i nie wymagającą spłukiwania?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18

Pakiet 48, pozycja 2: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 48 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19

Pakiet 52, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści prowadnicę jednorazową o długości 335 cm (+/- 50 mm), średnica 3,3 mm lub 5,0mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 20

Pakiet 53, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania z cewnikiem z otworem głównym i dwoma portami bocznymi, pozostałe zapisy bez zmian?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 21

Pakiet 81, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści ustniki do badań endoskopowych niejałowe, pakowane pojedynczo, czyste mikrobiologicznie?

Odpowiedź :

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22**Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, hydrofobowy o plisowanej wkładce filtracyjnej, mechaniczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999999%, skuteczny wobec HIV, WZW, Tbc, o przestrzeni martwej 54 ml, masie 40 g, filtr z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 34,2 mg H₂O przy VT=500 ml, dla objętości oddechowej 200-1500 ml, filtr wyposażony w złącze proste, sterylny, jednorazowy, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo papier/folia?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23**Dotyczy Pakietu nr 36 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź:

W pakiecie 36 nie ma pozycji 3.

Pytanie 24**Dotyczy Pakietu nr 56 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem o pojemności 10 ml skalowany co 2 ml, mikrobiologicznie czysta, spełniająca pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 25**Dotyczy Pakietu nr 56 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maskę mikrobiologicznie czystą?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 26**Pakiet 74**

Czy Zamawiający wymaga dopuści zaoferowanie klipsownic do tamowania krwawień, długość narzędzia 230-240 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, jednorazowego użytku, sterylnych.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 27**Pakiet 80**

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu 80 dopuści zaoferowanie szczotek z czyścikiem o średnicy włosa min. 5 mm i długości min. 20 mm oraz o średnicy czyścika min. 5 mm i długości min. 300 mm, pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28**Pakiet 83**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów ze zgłębnikiem wykonanym z silikonu, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 29**Pakiet 79**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga gąbki 3 w 1, tj. do ochrony końcówki endoskopów oraz z nacięciem wzdłuż całej gąbki, ułatwiającym mycie endoskopów.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 30**Pytanie 1. Pakiet 10 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zgłębnika wykonanego z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu w jednym rozmiarze 14Ch, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31**Dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 32**Dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 33**Dotyczy Parametry Techniczne:****Pakiet 29 – Myjka do mycia pacjenta**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki w rozmiarach 17x23 cm? Pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 34**Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do insuliny 1ml z igłą 0,4x13mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 35**Pakiet 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do tuberkuliny skalowane co 0,05ml?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 36**Pakiet 7, pozycja 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37**Pakiet 8, pozycja 1**

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38**Pakiet 13, pozycja 4**

Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec włókninowy o wymiarach 10m x 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 13.

Pytanie 39**Pakiet 13, pozycja 5**

Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec włókninowy o wymiarach 15m x 10cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 13.

Pytanie 40**Pakiet 14, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane parą wodną?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 41**Pakiet 14, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kompresy z gazy niejałowe o wymiarach 7,5cm x 7,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 42**Pakiet 26, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'90szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości do 834 opakowań?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 43**Pakiet 28, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 2 opakowania?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 44**Pakiet 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane, rozmiar 14 cm x 20 cm?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 45**Pakiet 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'10szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 46**Pakiet 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała wykonaną w 100% z włókien poliestrowych, obie warstwy myjki nie podfoliowane, rozmiar 15cm x 22cm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 47**Pakiet 29, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'12szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 48**Pakiet 30, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę z łącznikiem do odsysania o średnicy 7mm- taką jak dotychczas stosowana?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 49**Pakiet 46, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z podwójnym oznaczeniem głębokości w postaci półpiersi?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 50**Pakiet 58, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści maski niesterylne?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51**Pakiet 60, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 140cm?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52**Pakiet 65, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2 l lub 3 l?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53**Dot. wzoru umowy § 1 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części produktów bez roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy wynikającej z braku zapotrzebowania ze strony oddziałów szpitalnych, na co Wykonawca wyraża zgodę, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Pytanie 54**Dot. wzoru umowy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostawie Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od danej dostawy powiadomi pisemnie o powyższym Wykonawcę, który w terminie ... dni roboczych od uznania zasadności reklamacji zobowiązany jest do uzupełnienia braków lub wymiany przedmiotu Zamówienia na pełnowartościowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 55**Dot. wzoru umowy § 6 ust. 2 a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy dzień opóźnienia w jej dostawie”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 56**Dot. wzoru umowy § 6 ust. 2 b**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 20% na 10%?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 57**Dot. wzoru umowy § 6 ust. 2 c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 5% na 3%?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 58**Dot. wzoru umowy § 6 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 5% na 3%?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 59**Dot. wzoru umowy § 7 ust. 1a**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., 3 krotnej zasadnej reklamacji jakościowej dostarczonego przedmiotu umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 60

Dot. wzoru umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być w jakikolwiek sposób lub formie przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 61

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 62

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odpowiedź:

Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja ani nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 64

Ad par. 4 ust. 3 wzoru umowy

Prosimy o wyrażenie zgody, by dokument dostawy, dołączony do towaru, nie zawierał cen towaru. Jednocześnie z dostawą Wykonawca zobowiąże się do wysyłania w dniu dostawy mailem wykazu dostawy wraz z cenami.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 65

Ad par. 6 ust. 2a) wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 66

Pytanie do SIWZ: Pakiet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 22, 32, 33, 38

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia kart technicznych i dopuści możliwość dostarczenia na wezwanie wyłącznie katalogów potwierdzających wymagania stawiane w SIWZ, a konieczność dostarczenia kart technicznych pozostawi sobie jako „furtkę” w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do asortymentu, na który złożono ofertę?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 67**Pakiet 2 poz. 1-3**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 100 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68**Pakiet 2 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny za opakowanie 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69**Pakiet 2, poz. 1-4**

Czy Zamawiający oczekuje strzykawkę z kolorowym, kontrastującym tłokiem w stosunku do cylindra?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane strzykawki.

Pytanie 70**Pakiet 2, poz. 5, 8**

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawkę z rozszerzoną skalą do 60ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71**Pakiet 2, poz. 6**

Czy Zamawiający oczekuje strzykawkę z dwustronną skalą pomiarową, w celu łatwiejszego i sprawniejszego odczytu pojemności płynu w strzykawce?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane strzykawki.

Pytanie 72**Pakiet 3, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,33 x 13 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73**Pakiet 4, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z trwale połączoną igłą 0,3 x 12,7? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 74**Pakiet 7, poz. 1**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z igłą standardowo, stożkowo ściętą, dwukanałową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 75**Pakiet 7, poz. 1, pakiet 8 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuszcza także przyrząd z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC? Przyrząd w całości wolny od toksycznych ftalanów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 76**Pakiet 7, poz. 1, pakiet 8 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu, co zwiększa aseptykę pracy?

Odpowiedź:**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.****Pytanie 77****Pakiet 7, poz. 1, pakiet 8 poz. 1**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z uchwytem na dren, co pozwala go ustabilizować?

Odpowiedź:**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.****Pytanie 78****Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd do szybkiego przetaczania krwi, powszechnie stosowany w placówkach służby zdrowia na terenie całej Polski, polskiego producenta Polfa Lublin, nr kat. 210901

Link do strony internetowej z produktem: <http://polfa.pl/przyrzady-medyczne/przyrzady-do-przetaczania-krwi-i-preparatow-krwi-ts/>**Odpowiedź:****Tak, Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 79****Pakiet 9**

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaczepem na dren i zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu, co zwiększa komfort użytkownika przyrządu.

Odpowiedź:**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.****Pytanie 80****Pakiet 11**

Czy Zamawiający oczekuje kaniuli, która posiada min. 4 paski kontrastujące w promieniach RTG, co świadczy o większej jakości kaniuli.

Odpowiedź:**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.****Pytanie 81****Pakiet 12**

Czy Zamawiający oczekuje koreczka z trzpieniem schowanym poniżej krawędzi korka, co zwiększa aseptykę pracy z koreczkiem.

Odpowiedź:**Nie.****Pytanie 82****Pakiet 12**

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby koreczek posiadał opakowanie jednostkowe z dużym znacznikiem otwarcia na min 4-5 mm, gdyż na rynku oferowane są koreczki ze znacznikiem ok. 2 mm, co uniemożliwia ich sterylne otwarcie przez personel medyczny pracujący np. w rękawiczkach.

Odpowiedź:**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.****Pytanie 83****Pakiet 13, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:**Zamawiający wykreśla w całości pakiet 13.****Pytanie 84****Pakiet 13, poz. 2**

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9 cm x 11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 13.

Pytanie 85

Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek foliowy wzmocniony włókniną tylko na skrzydełkach, miejsce wklucia w 100% przezroczyste. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 13.

Pytanie 86

Pakiet 13, poz. 4, 5

Proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli uzyskać Państwu większą liczbę bardziej korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 13.

Pytanie 87

Pakiet 19

Czy zawór bezigłowy ma być przystosowany do podawania tłuszczów oraz chemioterapeutyków?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 88

Pakiet 22, poz. 1

Proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu, co pozwoli uzyskać Państwu większą liczbę bardziej korzystnych ofert zarówno pod względem asortymentu jak i ceny.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 89

Pakiet 32

Czy wystarczająca będzie wytrzymałość ciśnieniowa do 2 Ba ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa poziomu wytrzymałości ciśnieniowej.

Pytanie 90

Pakiet 33

Proszę o dopuszczenie kranika z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/ zamknięty, bez zmiany skokowej=wyczuwalnej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Pakiet 33

Czy kranik ma być przystosowany do podawania tłuszczów oraz chemioterapeutyków?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 92

Pakiet 38, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko na przedłużacze o długość 150 cm (bez przedłużaczy 200 cm)?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 93**Pakiet 38, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał przedłużaczy bez toksycznych ftalanów?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 94

Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wykonane z teflonu PTFE spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, obecnie dostarczane do Państwa?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 95

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje opatrunku z ramką i metką, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, obecnie dostarczanego do Państwa placówki?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 13.

Pytanie 96

Dotyczy pakietu nr 13 poz. 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga opatrunku dedykowanego do mocowania drenów, cewników, rurek oraz przewodów i opatrunków z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu w rozmiarze 10 cm x 9 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 13.

Pytanie 97

Dotyczy pakietu nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kompresy z gazy niejałowe, o wymiarach 7,5 x 7,5 cm, pakowane po 100 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 98

Dotyczy pakietu 69 poz. 2,3

Czy w pakiecie 69 poz. 2,3 Zamawiający wymaga aby wkłady workowe były częścią , systemu ssącego " Serres" który obecnie jest zamontowany w placówce, typu „Medela”, z jednym portem przyłączeniowym - w kierunku pacjenta. Drugi port (do podłączenia źródła ssania) zainstalowany jest w zewnętrznym kanistrze wielorazowego użytku wraz z łącznikiem kątowym, schodkowym, obrotowym?

Czy Zamawiający wymaga żeby każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby wkłady były częścią systemu ssącego, jeden port w kierunku pacjenta, drugi port do podłączenia źródła ssania – dopuszcza się oba warianty tj. we wkładzie workowym jak i w zewnętrznym kanistrze.

Pytanie 99**Dotyczy Formularza ofertowego, oświadczeń**

Prosimy o udostępnienie ww dokumentów w formie edytowalnej.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Pytanie 100**Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 1**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od możliwości składania zamówień telefonicznie bądź modyfikację przez dopuszczenie składania zamówień telefonicznych potwierdzonych faksem lub za pomocą e-mail. W rozmowie telefonicznej trudno jest zweryfikować osobę dzwoniącą co do jej upoważnienia do składania

zamówień w imieniu placówki. Pisemne złożenie zamówienia jest również dokumentem łatwiejszym do zweryfikowania w przypadku spraw spornych lub reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

„Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywały się sukcesywnie, partiami – zgodnie z bieżącym zamówieniem Zamawiającego składanym faksem na nr lub drogą e-mail na adres od poniedziałku do piątku w godz. 7.25 – 15.00 do magazynu technicznego Zamawiającego”.

Pytanie 101

- czy zamawiający w pakiecie 6 będzie wymagał Sterylny przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr bakteryjny 0,45 µm zapewniający jałowość płynu minimum 24 godz. Pakowany w ilości 25 sztuk/opakowanie, 300/karton

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowany przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego.

Pytanie 102

- czy zamawiający w pakiecie 11 będzie wymagał Kaniulę dożylną wykonaną z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min, 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min, do wyboru przez zamawiającego w chwili Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowaną kaniulę.

Pytanie 103

czy zamawiający w pakiecie 19 dopuści System bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany (zapewnia szczelność przed, w czasie i po użyciu), nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, daje optymalną dezynfekcję silikonowej membrany, jednorazowego użytku, jałowy, z przepływem do 600 ml/min przeznaczony do żył. mogą być używane przez 7 dni lub 360 użyć, wolny od lateksu, możliwość stosowania z lipidami, cytostatykami i lekami nowej generacji. możliwość pracy z końcówką luer slip i luer lock. Odporny na ciśnienie do 24 bar.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104

czy zamawiający w pakiecie 19 będzie wymagał systemu z minimalną objętość własną poniżej 0,03 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 105

czy zamawiający w pakiecie 19 będzie wymagał system z zerowym wypływem wstecznym?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 106

czy zamawiający w pakiecie 20 pozycji 1 dopuści Łącznik schodkowy prosty do drenów, średnica zewn. na końcówkach 7-10 / 4-7 mm. Jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 107

czy zamawiający w pakiecie 20 pozycji 2 dopuści Łącznik schodkowy prosty do drenów, średnica zewn. na końcówkach 10-13 / 7-10 mm. Jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 108

czy zamawiający w pakiecie 32 pozycji 1 i 2 będzie wymagał ramp z kolorowymi kranikami zintegrowanymi na jednej płytce z naniesionymi na kraniki strzałkami informującymi o pozycji otwarty/zamknięty

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 109

czy zamawiający w pakiecie 33 będzie wymagał Jednorazowy, sterylny, bezlateksowy kranik trójdrożny Luer – Lock z wyczuwalnym indykatorem, z niebieskim i czerwonym znacznikiem określającym rodzaj linii żyły lub tętnicy. Wszystkie wyjścia kranika zabezpieczone koreczkami. Kranik wyposażony w system antyzapiekowy oraz zabezpieczenie przed przypadkowym odkręceniem Objętość wypełnienia 0,22ml. Pakowane pojedynczo. Opakowanie folia – papier z mankietem łatwym do otwierania. Widoczna i czytelna data ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowany kranik.

Pytanie 110

czy zamawiający w pakiecie 39 dopuści Antybakteryjny, dwukanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG, inkorporowany aktywnym srebrem z możliwością podawania kontrastu - przepływ do 5 ml/sek, wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera: cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, nitynolowy przewodnik typu "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 111

czy zamawiający w pakiecie 40 pozycji 1 dopuści Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, przewodnik typu J średnica 0,88mm długość 60 cm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 15 cm. Kanały 14G, 18G, 18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18Gx70mm, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 112

czy zamawiający w pakiecie 40 pozycji 2 dopuści Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowanego aktywnymi jonami srebra, przewodnik typu J średnica 0,88mm długość 60 cm, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 20 cm. Kanały 14G, 18G, 18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18Gx70mm, dylator, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 113

czy zamawiający wydzieli z pakietu 44 pozycję 2 do osobnego pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej z wysokiej jakości sprzętem

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela poz. 2 do pakietu 51.

Pytanie 114

czy zamawiający w pakiecie 44 pozycji 2 dopuści Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z polietylenu, widoczny w RTG. W zestawie igła do wprowadzania, prowadnik. Cewnik w rozmiarach: 3FR o długościach 6 lub 8cm, igła wprowadzająca 20G/38cm, prowadnik 0,53mm/20cm w zestawie zawierają dodatkowo przedłużkę,

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115

czy zamawiający w pakiecie 64 dopuści Zgłębnik żołądkowy (tzw. sonda) długości 125 cm, wykonany z PCV medycznej jakości, pakowany podłużnie. Rozmiary 16 F, 18 F, 21 F, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116

czy zamawiający w pakiecie 64 dopuści Zgłębnik żołądkowy silikonowy - długość 125 cm. Rozmiar CH 16, CH 18 w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 2 poz. 5 i 6 i utworzy z nich odrębny Pakiet?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 118

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 przyrządy do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 8 poz. 1 przyrządy do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 8 poz. 1 przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121

Czy zamawiający wymaga w Pakiecie 7 zaferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby oznaczenia produktów były zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pytanie 122

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiedni przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 14 poz. 1-2 i utworzy z nich odrębny Pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 124

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 poz. 3 kompresy w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 125

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 poz. 3 kompresy pakowane a'2 sztuki

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 126

Czy zamawiający wymaga w Pakiecie 14 poz. 1-3 kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m² dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m² dla kompresów 17 nitkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 127

Czy zamawiający wymaga w Pakiecie 14 poz. 1-3 kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 128

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 14 poz. 3 kompresy pakowane w blistry po 3 szt. każdy kompres indywidualnie zapakowany? Czy w razie zgody można podać cenę jednostkową za blister a,3 s sztuki z przeliczaniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 129

Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie 14 poz. 3 kompresy jałowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 130

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 23 poz. 1 zestaw do lewatywy niesterylny o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia, dren posiada zacisk rolkowy, dren zakończony twardą kanką z dwoma otworami bocznymi, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 56 poz. 1-3 maski z drenem o długości 2m?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 132

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 produktu Extra - Spike, posiadającego dwa filtry, filtr bakteryjny o wielkości 3mikrometry oraz filtr płynów (cząsteczkowy) o wielkości 5 mikrometrów? Skuteczność filtra bakteryjnego testowana w warunkach 24cm/s, 96\$ Rh, 20st C na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis wynosi >99,999%. Dopuszczalny okres użytkowania urządzenia Extra - Spike wynosi 4 dni. Urządzenie Extra-Spike jest kompatybilne ze wszystkimi opakowaniami płynów infuzyjnych typu butelka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.

Pytanie 133**Pytanie dotyczy pakietu 13 poz. 4-5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w powyższych pozycjach Zamawiający oczekuje przylepców włókninowych z opatrunkiem o wymiarach odpowiednio 10cm x 10cm i 15cm x 10cm czy też włókninowych taśm przylepnych 10cm x 10m i 15cm x 10m.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 13.

Pytanie 134**Pytanie dotyczy treści umowy**

Prosimy o modyfikację zapisu § 5 ust. 2 lit. a projektu umowy poprzez dodanie do niego następującej treści: „W takim przypadku zmiana nastąpi automatycznie, nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż brak wymogu podpisywania aneksu w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. a projektu umowy zawiera zapis §10.

Pytanie 135

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 5 ust. 2 lit. „J” o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 136

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w § 6 ust. 1 lit. a oraz do wysokości 5% w § 6 ust. 2 lit. b. Pragniemy podkreślić, że zastrzeżone kary umowne mogą zostać uznane za wygórowane i narażają Wykonawcę na odpowiedzialność niewspółmiernie wysoką do ewentualnych naruszeń. Ponadto, w przypadku obniżenia wysokości kar umownych interes Zamawiającego nie zostanie zagrożony, ponieważ ma możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 137

Prosimy o wykreślenie zapisu § 8 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 138

Pakiet 14: czy w poz. 1-2 Zamawiający dopuści kompresy pakowane po 3 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 139

Pakiet 14: czy w poz. 3 Zamawiający dopuści kompresy z gazy w rozmiarze 7,5x7,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 140

Pakiet 14: czy w poz. 3 Zamawiający dopuści kompresy z gazy pakowane po 500 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 141

Pakiet 14: czy w poz. 3 Zamawiający dopuści kompresy z gazy pakowane po 100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla w całości pakiet 14.

Pytanie 142

Pakiet 96: czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 60x40 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia/rozwiązania umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 145

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 146

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić jaki procent ilości zostanie na pewno zamówiony. Zapotrzebowanie na wyroby zależne jest od rzeczywistych potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych (oddziałów, pracowni diagnostycznych) wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów i ich problemów zdrowotnych.

Pytanie 147

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki” w § 6 ust 2. lit. a) wzoru umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 148

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XIV, punkt 2, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ i projektu umowy obejmują termin dostaw liczony w dniach roboczych.

Pytanie 149

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XIV, punkt 2, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin rozpatrzenia reklamacji był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 150

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 2, podpunkt a): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto nie dostarczonej partii towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 151

Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), paragraf 6, ustęp 2, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w podpunkcie b) do 10% wartości brutto za każdy przypadek naruszenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 152

Dotyczy pakietu nr 75: Prosimy o doprecyzowanie przedmiotu Zamówienia, czy Zamawiający miał na myśli Klipsownicę jednorazową czy Klipsownicę do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta?

Odpowiedź:

Klipsownicę do wielokrotnego klipsowania u jednego pacjenta.

Pytanie 153

Pakiet 39: Czy Zamawiający będzie oczekiwał, że zestaw będzie posiadał strzykawkę z otworem w tłoku do bezkrwawej lokalizacji naczynia, bezpieczny skalpel wysuwany jedną ręką, w rozmiarze dostępnym dla Zamawiającego 16 lub 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 154

Pakiet 40: Czy Zamawiający w pozycji 1 będzie wymagał, że zestaw będzie posiadał powłoką antybakteryjną o charakterze antybakteryjnym, strzykawkę z otworem w tłoku do bezkrwawej lokalizacji naczynia, zakończenia koreczkami luer, wysokociśnieniowy cewnik do bezpiecznego wprowadzenia kontrastu podczas CT, wraz z prowadnicą nitinolową ze znacznikiem EKG, na delcie cewnika oznaczenia szerokości Fr oraz długość w cm, w rozmiarze dostępnym dla Zamawiającego 16 cm?

Czy Zamawiający w pozycji 2 będzie oczekiwał, że zestaw będzie posiadał powłokę antybakteryjną o charakterze antybakteryjnym, strzykawkę z otworem w tłoku do bezkrwawej lokalizacji naczynia, zakończenia koreczkami luer, wysokociśnieniowy cewnik do bezpiecznego wprowadzenia kontrastu podczas CT, wraz z prowadnicą nitinolową ze znacznikiem EKG, na delcie cewnika oznaczenia szerokości Fr oraz długość w cm, w rozmiarze dostępnym dla Zamawiającego 20 i 30 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 155

Pakiet 41: Czy Zamawiający będzie oczekiwał, że zestaw będzie posiadał igłę 6,35 cm, zakończenia koreczkami luer, wraz z prowadnicą nitinolową ze znacznikiem EKG, na delcie cewnika oznaczenia szerokości Fr oraz długość w cm, bez skalpela, w rozmiarze dostępnym dla Zamawiającego 16, 20 8.5Fr?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pytanie 156**Pakiet 44:**

Pozycja 1: Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby filtr był atraumatyczny gładko wykończony bez ostrych kątów o wadze max 52 g?

Pozycja 2: Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby filtr był atraumatyczny gładko wykończony bez ostrych kątów?

Pozycja 3: Czy Zamawiający będzie oczekiwał rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowym, w kształcie beczółki?

Odpowiedź:

Poz. 1 – Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Poz. 2 – Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Poz. 3 – Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 157

Pakiet 48:

Pozycja 1: Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby otwór do odsysania był na wysokości nie więcej niż 1 mm od krawędzi balonu uszczelniającego, kolorowe żółte oznaczenie drenu do ssania?

Pozycja 3: Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby sztuczny nos posiadał samodomykającą się zastawkę podczas prowadzenia odsysania?

Pozycja 4: Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby łącznik martwa przestrzeń był rozciągliwy w zakresie 9-15 cm?

Odpowiedź:

Poz. 1 - Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Poz. 2 – Zamawiający nie wyraża zgody na w/w produkt.

Poz. 3 - Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie 158

Pakiet 57:

Czy Zamawiający będzie oczekiwał, aby maski krtaniowe posiadały trójkolorowy manometr wskazujący prawidłowe napełnienie mankieta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 159

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 160

Pakiet 69

Prosimy o informację z jakimi modelami ssaków Medela, wkłady oraz pojemniki osłonowe mają być kompatybilne?

Odpowiedź:

Basic, Dominant, Median.

Pytanie 161

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 1 igieł pochodzących od jednego producenta w celu łatwiejszej identyfikacji?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 162

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 w poz. 1-4 wycenę za op a'100szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 163

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 strzykawkę do insuliny 1 ml z igłą 0,33x12?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 164

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 strzykawkę do insuliny 1 ml z igłą 0,33x13?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 165

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 166

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 167

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 168

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie 5 strzykawkę do tuberkuliny z igłą 0,45x12

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 169

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w pakiecie 19 bezigłowego zamkniętego systemu dostępu naczyniowego całkowicie przezroczystego wykonanego z kopoliestru, z objętością wypełnienia 0,045ml o przepływie 540ml/min zgodnie z normą ISO 10555, z ilością aktywacji do 600 razy w ciągu 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 170

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania czepka do bezwodnego mycia głowy nasączonego szamponem i odżywką zawierającą wyciąg z pszenicy, o zapachu aloesu, bezalkoholowy, niezawierający parabenów, z możliwością podgrzewania w kuchence mikrofalowej, nie wymagający spłukiwania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany produkt.

Pytanie 171**Dotyczy wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych wynikających z zapisów §6 ust. 2 pkt a) na 0,5% wartości brutto niedostarczonej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z projektem umowy.

Pytanie 172

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów §6 ust. 2 pkt b). Taki sposób naliczania kar narusza proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz stanowi podwójną sankcję nałożoną na Wykonawcę, ponieważ kary za niezrealizowanie dostawy określają już zapisy w ust. 2 pkt a).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Te dwie kary naliczane są z innych podstaw i nie mają ze sobą związku.

Pytanie 173

Dotyczy pakietu nr 48 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się wyodrębnić z pakietu 48 pozycję 3?

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela poz. 3 do pakietu 49.

Pytanie 174

Dotyczy pakietu nr 48 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci "sztuczny nos", przeznaczony do stosowania przez 24 h. Wyposażony w podwójny wkład gąbkowy, okrągły, z portem do podawania tlenu oraz możliwością odsysania i pobierania próbek bez konieczności odłączania wymiennika, przestrzeń martwa 19 ml, sterylny, jednorazowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175

Dotyczy pakietu nr 48 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się wyodrębnić z pakietu 48 pozycję 4?

Odpowiedź:

Zamawiający wydziela poz. 4 do pakietu 49.

Pytanie 176

Dotyczy pakietu nr 53

Czy Zamawiający dopuści system do zamkniętego odsysania dotchawiczy i tracheostomijny, który stanowi zintegrowaną, jednolitą całość bez możliwości odłączenia łącznika od cewnika w celu zapobiegania zakażeniu, wyposażony w mechanizm blokowania przycisku siły ssania, przezroczysty rękaw zabezpieczający przed kontaminacją z zewnątrz, samodzielny port do podawania leków. Sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiary 12, 14, 16 w zależności od potrzeb Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177

Zad 48 poz 5

Czy Zamawiający dopuści łącznik kątowy nieobrotowy, z uszczelnionym wejściem do bronchoskopu, wielorazowy?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 178**PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 71**

Czy Zamawiający dopuści jednorazowa dzielona elektrodę neutralna bez kabla dla dorosłych o wymiarach 164x117 mm, o powierzchni przewodzącej 103cm² pokryta hydrożelem, podłoże z pianki elastycznej wodoodpornej. Pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu. Elektroda pasująca do kabli przełączeniowych Valleylab, Bowa i Erbe ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 179**Pyt. 1 pak. 74**

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Igła do ostrzykiwań krwawień w przewodzie pokarmowym długości 230-240 cm, długość ostrza igły 5 mm, kompatybilna do kanału roboczego endoskopu o średnicy 2,8 mm. Jednorazowego użytku, sterylna.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 180**Pyt. 2 pak. 75**

Czy Zamawiający wymaga Klipsownicy do tamowania krwawień, długość narzędzia 230-240 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm. Jednorazowego użytku, sterylna, z klipsem załadowanym do zestawu.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 181

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 182

Pakiet 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system dostępu naczyniowego w technologii podzielnej membrany silikonowej zapobiega dostępowi mikroorganizmów z otoczenia zewnętrznego. Prosty tor przepływu pozwala uzyskać wartości na poziomie 525 ml/min. Objętość wypełnienia wynosi 0,1ml. Przezroczysta obudowa daje możliwość całkowitej widoczności wnętrza oraz pomaga zapewnić skuteczność przepłukiwania. System zamknięty ma zastosowanie w dożylnych wyrobach medycznych spełniających normy ISO, stosowanie w przewlekłej i ciągłej terapii infuzyjnej, podłączanie i odłączanie strzykawkę oraz zestawów dożylnych, pobieranie krwi oraz użycie na liniach dotętnicznych. Urządzenie niewielkich rozmiarów zwiększa komfort pacjenta dzięki małej i lekkiej budowie. Korek może być używany do 500 aktywacji. Nie zawiera lateksu i DEHP. Opakowanie zawiera 50 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183

Pakiet 41, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych czteroświatłowy wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 8F o długości 15 cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, bezpieczny skalpel, prowadnica z Nitinolu 'J', kabel EKG, rozszerzacz naczyniowy oraz korki dezynfekcyjne.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184**Pakiet 69 – dreny i wkłady do ssaka**

Czy Zamawiający dopuści wkład do ssaka kompatybilny do urządzenia ssącego typu Medela wraz z pojemnikami osłonowymi, pojemność 1500 ml lub 2500 ml – do wyboru przez zamawiającego, z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym i filtrem antybakteryjnym, jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany wkład do ssaka z pojemnikami osłonowymi o poj. 2500 ml.

Pytanie 185**Pakiet 69 – dreny i wkłady do ssaka**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ile pojemników osłonowych, kompatybilnych do wkładów jednorazowych będzie potrzebował?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie potrzebował 32 pojemniki 2 litrowe i 7 pojemników 3 litrowych, lub 39 pojemników 2500 ml.

Pytanie 186

Czy Zamawiający dopuści łącznik kątowy podwójnie obrotowy, jednopacjentowy z portem do odsysania i bronchoskopii, sterylny?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

- 1) Poz. 5 z pakietu 48 zostaje wydzielona do pakietu 49.
- 2) Poz. 1 z pakietu 49 zostaje wydzielona do pakietu 48.
- 3) Poz. 1 z pakietu 51 zostaje wydzielona do pakietu 50.
- 4) Rozdział III. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia składa się z **95 pakietów**. Szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy znajduje się w „Formularzu asortymentowo-cenowym” - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- 5) W Rozdziale IX ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie **wadium w wysokości 9 097,00 zł** za całość przedmiotu zamówienia przed upływem terminu składania ofert, tj. przed dniem **10 grudnia 2018r. przed godz. 10⁰⁰**.

- 6) W Rozdziale IX ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SPZOZ Nr 35 1500 1373 1213 7001 1394 0000 z dopiskiem „*wadium – przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku. Pakiet Nr*”

- 7) W Rozdziale XI ust. 12 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób uniemożliwiający odczytanie treści oferty bez uszkodzenia opakowania. Koperta/opakowanie winno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz Zamawiającego **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw** z dopiskiem:

**„Oferta na dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku”
nr sprawy ZP/230-41/2018)**

- nie otwierać przed dniem 10.12.2018 r. godz. 10:30”

- 8) W Rozdziale XII ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, 22-300 Krasnystaw, ul. Sobieskiego 4 (sekretariat), **do dnia 10 grudnia 2018 r. do godz. 10⁰⁰**
2. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 10 grudnia 2018 r. o godz. 10³⁰** w siedzibie Zamawiającego, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw – pokój 209.

- 9) W formularzu ofertowym dodaje się pkt 15 w brzmieniu: Hasło do dokumentu JEDZ.....

D Y R E K T O R
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie

mgr Piotr Matej

