



# Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie<sup>A</sup>

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4  
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01  
[www.spzozkrasnystaw.pl](http://www.spzozkrasnystaw.pl) sekretariat@spzozkrasnystaw.pl



Znak: FP-Z.17.2019

Krasnystaw, dnia 2.08.2019 r.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA II

*Dot. postępowania na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie - uzupełnienie*

Działając zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytania Wykonawców:

### Pytanie nr 1

#### Pytanie nr 1 dot. Pakiet 1 – Kardiomonitorzy:

dot. Punktu 17 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z prostą intuicyjną obsługą przy pomocy pokrętki, ekranu dotykowego oraz przycisków programowalnych? W oferowanym przez nas monitorze wygodną i prostą obsługę umożliwia nowoczesny ekran dotykowy wykonany w technologii pojemnościowej oraz pokryty szkłem ochronnym Gorilla Glass. Na wyświetlaczu są także umieszczone 3 przyciski programowalne, które umożliwiają dostęp do 3 niezależnych najbardziej potrzebnych funkcji. Przyciski te można dowolnie przypisywać do wybranych funkcji monitora, przez użytkownika w dowolnym momencie. Monitor posiada pokrętkę z enkoderem, które także daje możliwość pełnej obsługi kardiomonitora. Oferowane rozwiązania umożliwiają prostą, intuicyjną oraz komfortową pracę z monitorem.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 2

#### Pytanie nr 2 dot. Pakiet 1 – Kardiomonitorzy:

dot. Punktu 18 – Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pracę na zasilaniu akumulatorowym nie krótszym niż 2 godziny? Do zasilania akumulatorowego oferowanego kardiomonitora zostały wykorzystane 3 ogniwa litowo-jonowe o pojemności 3400mAh. Są to ogniwa najwyższej jakości co przekłada się na ich bardzo długą żywotność, a wymiany może dokonać nawet niewykwalifikowany pracownik. Powyższe parametry akumulatora są w pełni wystarczające do obsługi wszelkich zadań wewnątrzszpitalnych oraz transportowych.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

### Pytanie nr 3

#### Pytanie nr 3 dot. Pakiet 1 – Kardiomonitorzy:

dot. Punktu 22 – Czy zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający funkcji inteligentnego przełączania odprowadzenia? Funkcja automatycznego przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego. W przypadku zastosowania 3-odprowadzeniowego kabla EKG po odłączeniu którejkolwiek elektrody kardiomonitor straci całkowicie możliwość monitorować EKG na wszystkich odprowadzeniach. Oferowany przez nas kardiomonitor umożliwia



Fundusze Europejskie  
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



wyświetlenie na ekranie jednocześnie wszystkich odprowadzeni EKG zarówno dla 3-odprowadzeniowego jak i 5-odprowadzeniowego kabla EKG.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 4**

##### **Pytanie nr 4 dot. Pakiet 1 – Kardiomonitor:**

dot. Punktu 57 – Czy zamawiający dopuści kardiomonitor nie posiadający trybu intubacji? Funkcja ta nie jest w praktyce wykorzystywana przez użytkowników. Praktycznie każdy kardiomonitor będący na rynku daje możliwość ustawienia czasu bezdechu pacjenta oraz czasowego zawieszenia

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Niniejsze pismo stanowi integralną część zapytania ofertowego i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych przez Zamawiającego na podstawie odpowiedzi na pytania. Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Graszynstanie  
Andrzej Jarząbowski

EZW