

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie^A

22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4
tel. (82) 543-15-22, (82) 543-15-23 fax (82) 576-49-01
www.spzozkrasnystaw.pl sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

Znak sprawy: FP-Z.17.2019

Krasnystaw, dnia 6.09.2019 r.

UNIEWAŻNIENIE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie (Zamawiający) **zawiadamia o unieważnieniu** postępowania **pn. zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – uzupełnienie, w zakresie Pakietu 1.**

Uzasadnienie:

Zamawiający działając na podstawie zapisów Rozdziału XVI ust. 4 zapytania ofertowego unieważnia postępowanie, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

W toku badania i oceny złożonych ofert w Pakiecie 1 Zamawiający stwierdził, iż w wyniku niejednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia doszło do błędnej jego interpretacji przez Wykonawców.

W opisie parametrów sprzętu, w wierszu oznaczonym l.p. 58 Zamawiający skonstruował zapis dotyczący wyposażenia sprzętu w moduł kapnografii tj. dostępna technologia pomiaru w strumieniu głównym oraz bocznym, natomiast oczekiwał, aby w/w moduł był jednym z elementów wyposażenia sprzętu.

W wyniku tego zapisu Wykonawcy zaoferowali sprzęt posiadający wyłącznie możliwość doposażenia monitora w moduł pomiaru CO₂, co wymagałoby od Zamawiającego dodatkowych inwestycji.

Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonanie zmiany wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.