

.....
Nazwa Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 6

Dostawa pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą aparatu do odczytu pasków.

1. Wymagany termin ważności pasków testowych nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
1. Zamawiający wymaga aby wymienione w zadaniu paski testowe oraz aparat do odczytu pasków pochodziły od tego samego producenta.
2. Parametry aparatu podane w tabeli C „Zestawienie parametrów technicznych aparatu” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymaganych dzierżawionego aparatu.
3. Oświadczamy, że oferowany aparat jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
4. Oświadczamy, że oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
5. Wykonawca zapewni bezpłatnie materiały do wewnętrznej kontroli jakości badań oraz udział w zewnętrznej kontroli jakości badań RIQAS-RANDOX co najmniej 6 razy w roku wraz z dostawą materiałów kontrolnych.
6. Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi aparatu potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

Tabela A**Zestawienie kosztów pasków testowych**

L.p.	Nazwa testu	Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy	Wielkość opakowa nia	Liczba opakowań na 12 m-cy	Cena netto za 1 opakowanie	Wartość netto za okres 12 m-cy	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto za okres 12 m-cy	Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy
1	Testy paskowe do analizy moczu	14 000								
Razem testy		x	x	x	x		x			x

Tabela B**Zestawienie kosztów kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych**

L.p.	Nazwa	Liczba opakowań na 12 m-cy	Cena netto za 1 opakowanie	Wartość netto za okres 12 m-cy	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto za okres 12 m-cy	Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy
		adekwatnie do wskazanych ilości						
Razem		x	x		x			x

Tabela C**Zestawienie parametrów technicznych aparatu**

PRODUCENT

MODEL

ROK PRODUKCJI

L.p.	Wymagane parametry	Wymagania graniczne	Oferowane parametry Podać zakresy i opisać
1	Odczyt 10 parametrów fizyko – chemicznych moczu: leukocyty, ciała ketonowe, białko, glukoza, azotyny, krew/hemoglobina, urobilinogen, pH, bilirubina, ciężar właściwy	TAK	
2	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki glukozy i krwi	TAK	
3	Kompensacja własnego zabarwienia moczu	TAK	
4	Automatyczne określenie przez aparat zabarwienia próbki moczu	TAK	
5	Możliwość wyboru klarowności moczu	TAK	
6	Wydajność do 600 oznaczeń na godzinę	TAK	
7	Dotykowy ekran ciekłokrystaliczny	TAK	
8	Możliwość tworzenia reportów wyników wymagających weryfikacji np. przeprowadzenia badania mikroskopowego	TAK	
9	Możliwość wpisywania wyników mikroskopowej oceny osadu moczu do wyniku w aparacie	TAK	
10	Możliwość bezpośredniej współpracy z analizatorem osadu	TAK	
11	Pamięć 1000 wyników pacjentów i 300 wyników z kontroli jakości	TAK	
12	Możliwość wprowadzenia kryteriów definiujących wartości przesiewowe i patologiczne	TAK	
13	Pasek do codziennej kalibracji zainstalowany na stałe w aparacie	TAK	
14	Możliwość współpracy z siecią komputerową oraz czytnikiem kodów kreskowych	TAK	
15	Podłączenie aparatu do pracującego w laboratorium systemu informatycznego – komunikacja dwukierunkowa bez tworzenia nowego stanowiska komputerowego. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca.	TAK	

16	Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim	TAK	
17	Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą)	TAK	
18	Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych.	TAK	
19	Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny w dni robocze licząc od chwili zgłoszenia.	TAK	
20	W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. w dni robocze Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczytnikach.	TAK	

Tabela D

Zestawienie kosztów dzierżawy

Nazwa urządzenia	Czynsz miesięczny netto	Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy brutto
Aparat do odczytu pasków					
Razem	x		x		

.....
(miejscowość i data)

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)