

.....  
Nazwa Wykonawcy

**Załącznik Nr 2 do SIWZ**

## **FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

### **PAKIET 8**

#### **Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej**

Wymagania ogólne:

1. Wymagany termin ważności odczynników, kalibratorów, kontroli nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
2. Trwałość odczynnika po otwarciu min. 6 tygodni.
3. Odczynniki oraz kalibratory płynne, nie zawierające cyjanku, konfekcjonowane w wydzielonych pojemnikach, zgrupowanych w zbiorcze opakowanie, wymieniane zależnie od zużycia.
4. Zamawiający wymaga aby wymieniony w pakiecie asortyment (odczynniki, kontrole, kalibratory i materiały zużywalne) oraz analizator pochodziły od tego samego producenta.
5. Parametry aparatu podane w tabeli C „Zestawienie parametrów technicznych analizatora” stanowią minimalne wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne, w których powinny być zaznaczone parametry dotyczące warunków wymagalnych dzierżawionego aparatu.
6. Oświadczamy, że oferowany aparat jest kompletny i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
7. Oświadczamy, że oferowany aparat, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.
8. Wykonawca zapewni szkolenie z obsługi urządzenia potwierdzone certyfikatem oraz opiekę merytoryczną na cały okres obowiązywania umowy.
9. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wszystkich oferowanych odczynników, kalibratorów, kontroli itp., ulotki odczynnikowe oraz procedury wykonywanych badań w języku polskim.

.....  
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)

**Tabela A****Zestawienie kosztów odczynników**

L.p.	Nazwa odczynnika	Ilość oznaczeń na okres 12 m-cy	Wielkość opakowa nia	Liczba opakowań na 12 m-cy	Cena netto za 1 opakowanie	Wartość netto za okres 12 m-cy	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto za okres 12 m-cy	Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy
1	Odczynnik	4 000								
Razem odczynniki		x	x	x	x		x			x

**Tabela B****Zestawienie kosztów kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych**

L.p.	Nazwa	Liczba opakowań na 12 m-cy	Cena netto za 1 opakowanie	Wartość netto za okres 12 m-cy	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto za okres 12 m-cy	Producent/ Nazwa handlowa/ Nr katalogowy
		adekwatnie do wskazanych ilości						
Razem		x	x		x			

**Tabela C****Zestawienie parametrów technicznych analizatora**

PRODUCENT .....

MODEL .....

ROK PRODUKCJI .....

L.p.	Wymagane parametry	Wymagania graniczne	Oferowane parametry Podać zakresy i opisać
1	Rok produkcji analizatora – min. 2014	TAK	
2	Możliwość zmierzenia parametrów: pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , Na, K, Ca, O <sub>2</sub> Hb, COHb, SO <sub>2</sub> , MetHb	TAK	
3	Zakresy pomiarowe: PO <sub>2</sub> – 0,0 – 800 mmHg PCO <sub>2</sub> – 4,0 – 200 mmHg PH – 6-8 Potas – 0,2 – 20 mmol/l Sód - 20 – 250 mmol/l Wapń zjonizowany – 0,1 – 4,0 mmol/l	TAK	
4	Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych	TAK	
5	Możliwość wykonania analizy z surowicy, krwi pełnej, osocza, dializatów	TAK	
6	Oddzielne tory pomiarowe umożliwiające wybór poszczególnych parametrów lub wprowadzenie próbki do wybranego przez operatora toru pomiarowego	TAK	
7	Niezależny oddzielny pojemnik na odpady	TAK	
8	Bezobsługowe elektrody, niewymagające wymiany membran czy dodawania płynów.	TAK	
9	Podłączenie analizatora do pracującego w laboratorium systemu informatycznego – komunikacja dwukierunkowa. Koszt podłączenia do systemu informatycznego ponosi Wykonawca.	TAK	
10	Wymagany system podtrzymania napięcia (UPS) gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu	TAK	
11	Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE	TAK	
12	Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim	TAK	
13	Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą)	TAK	

14	Na czas trwania umowy Wykonawca zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawionego analizatora uwzględniający m.in.: koszty napraw, wymiany podzespołów, konserwacji, okresowych przeglądów technicznych.	TAK	
15	Możliwość zgłaszania awarii w dni robocze w godz. 8.00 – 18.00. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia akcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24h od chwili zgłoszenia awarii a także do usunięcia usterki w terminie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia.	TAK	
16	W przypadku braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 72 godz. Wykonawca dostarczy na czas naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż posiadane, pracujące na posiadanych odczytnikach.	TAK	

#### ***Tabela D***

##### **Zestawienie kosztów dzierżawy**

Nazwa urządzenia	Czynsz miesięczny netto	Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Czynsz dzierżawy za okres 12 m-cy brutto
Analizator równowagi kwasowo-zasadowej					
<b>Razem</b>	<b>x</b>				

.....

*(miejscowość i data)*

.....

*(podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionej osoby)*